

Una ditta concorrente ha formulato i seguenti quesiti:

1. Nel CSA le caratteristiche tecniche minime richieste per il lotto n. 1 e precisamente per le voci "Q.tà 1 lampada scialitica per sala multimediale" e "Q.tà 1 lampada scialitica", prevedono la richiesta "regolazione del fuoco" per il corpo lampada satellite, mentre per il corpo lampada principale questa voce non è richiesta.

Chiediamo se la regolazione del fuoco si deve offrire anche per il corpo lampada principale.

2. Nel CSA le caratteristiche tecniche minime richieste per il lotto n. 2 e precisamente per le voci "Q.tà 1 Stativo Pensile Anestesia per sala multimediale" e "Q.tà 1 Stativo Pensile Anestesia", prevedono che "Il pensile deve essere predisposto per un sistema di sollevamento verticale elettrico con agganci per i respiratori delle marche più diffuse in commercio".

Chiediamo se il sistema di sollevamento verticale citato deve essere dotato al momento della fornitura e quindi incluso nell'offerta economica o se si deve offrire un pensile privo di questo sistema ma con la possibilità di montarlo in futuro.

Risposta:

1. Relativamente al punto 1 della richiesta di cui in oggetto, si specifica che la “regolazione del fuoco” è caratteristica richiesta anche per il corpo lampada principale.
2. Relativamente al punto 2 della richiesta di cui in oggetto si specifica che “il pensile deve essere dotato di un sistema di sollevamento verticale elettrico con agganci per i respiratori delle marche più diffuse in commercio” e che quindi tale sistema di sollevamento verticale deve essere incluso nell’offerta economica.

Il Responsabile del Procedimento
(Alessandro Cuccio)