



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

CHIARIMENTI al 26.01.2012

QUESITO:

Lotto n. 3

Chiediamo di confermare se la movimentazione “Tilt (laterale) motorizzato +/- 25°” è una caratteristica minima necessaria e vincolante pena esclusione dalla gara, in quanto a ns. avviso si tratta di un valore discriminante.

RISPOSTA

**Si riporta qui di seguito la risposta del Direttore dell’U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia:
“Ove è indicato +/-25, preciso che ciò era da me inteso come circa 25, pertanto è a mio giudizio accettabile un Tilt di movimentazione laterale da 20 a 25”.**

.....

Per quanto riguarda alcuni chiarimenti di ordine prettamente tecnico formulate da alcune imprese concorrenti lo scrivente, non appena riceverà le informazioni richieste al Settore Tecnico, provvederà a pubblicarle nel sito internet.

Il Responsabile del Procedimento