



**Regione Siciliana**  
**Azienda Ospedaliera**  
**OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

**CHIARIMENTI (13.02.2012)**

**Per opportuna conoscenza delle imprese interessate alla gara pubblica in quattro lotti per l'acquisto e l'installazione di apparecchiature elettromedicali, vengono pubblicati i quesiti posti da un'impresa e le relative risposte:**

**1) Quesito:**

L'allegato F - e l'allegato G, (dichiarazione Avvallimento) , devono essere inseriti nella documentazione Amministrativa nonostante non si usufruisca della richiesta di Avvallimento?

Risposta quesito 1

**Lo inserisca ugualmente e lo sbarri.**

-----

(Si precisa altresì che in ogni caso, la mancata restituzione degli allegati al bando che non siano stati utilizzati in quanto non di interesse nel caso specifico all'impresa partecipante, non è motivo di esclusione).

-----

**2) Quesito:**

Con riferimento a pag. 8 del capitolato speciale d'appalto nella scheda tecnica riferita al lotto n. 3, gli accessori richiesti per il tavolo operatorio sono da considerare per ogni singolo tavolo a sono già le quantità necessarie per entrambi i tavoli?

Risposta quesito 2

Gli accessori richiesti per il tavolo operatorio ginecologico sono da considerare per ogni singolo tavolo.

**3) Quesiti:**

· Con riferimento a pag. 9 del capitolato Speciale d'Appalto nella scheda tecnica riferita al lotto n. 3 – letti travaglio-parto, Le chiedo di confermare se possa andare bene un carico massimo sollevabile di 210 Kg, in quanto a ns. parere un peso massimo sollevabile di 230 Kg è valore discriminante;

· Con riferimento a pag. 9 del capitolato Speciale d'Appalto nella scheda tecnica riferita al lotto n. 3 – letti travaglio-parto, Le chiedo di confermare se possa andare bene un materasso con dimensioni di circa 95 x 210 x 7,5 cm, in quanto le dimensioni riportate di 85x205x13 cm., rappresentano per noi un valore discriminante.

Risposta quesiti 3

Si ritiene che si possano accettare le richieste ovviamente precisando che " di tali differenze si terrà conto in sede di valutazione tecnica"

Il Responsabile del Procedimento