

Regione Siciliana Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

03.05.2012

Oggetto Rettifica risposte ai quesiti n. 7 e n. 9

- Gara a Procedura Negoziata a lotto unico di dieci incubatrici neonatali - C.I.G. 4084192DD8

A tutte le ditte concorrenti

Si trasmettono le seguenti risposte ai quesiti n. 7 e n. 9. Si chiede di non tenere conto delle risposte erroneamente fornite con i chiarimenti appena pubblicati. Ci scusiamo per l'errore.

Quesito n. 7

...L'incubatrice deve essere dotata di un **display a colori** di ampie dimensioni.......il **display** *dovrebbe* essere orientabile e la sua posizione facilmente cambiabile......

Risposta n. 7

Non è indispensabile che il display sia a colori ma si richiede di alta risoluzione e di dimensioni adeguate.

Per quanto riguarda la seconda parte del quesito, sarebbe preferibile che il display sia orientabile e la posizione facilmente cambiabile, ma comunque l'importante è che il display sia ben visibile da varie posizioni ed accessibile da qualunque lato. Pertanto si accetta una soluzione alternativa purchè funzionale ed efficace che sarà esaminata in sede tecnica.

Quesito n. 9

- La rumorosità all'interno della campana dell'incubatrice, deve essere inferiore a 43 dB nHl.
- Il sistema ibrido deve disporre di una serie completa di accessori opzionali per consentire un utilizzo personalizzato: cassettiere, mensole, vassoi, aste flebo, supporti universali per monitor, *eventuale* gruppo di continuità

Risposta n. 9

- Va bene rumorosità inferiore a 60 dBA, ma sarebbe preferibile che ci si avvicini il più possibile al parametro richiesto di 43 dBA.

- Gli accessori opzionali possono essere esterni al sistema e non sono requisiti tassativi.
 Il gruppo di continuità può essere un accessorio esterno al sistema e non è un requisito tassativo.

Il Responsabile del Procedimento