



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
Settore Appalti e Forniture  
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

## **GARA C.I.G. 4117837297**

**(Colonna per video laparoscopia per il Complesso Operatorio di Chirurgia Generale P.O. Cervello)**

### **CHIARIMENTI**

Si trascrivono qui di seguito le risposte acquisite dal Direttore dell'U.O.C. di Chirurgia del P.O. Cervello, in ordine ai chiarimenti tecnici formulati da una ditta concorrente:

#### Quesito n. 1

Richiediamo di chiarire a quali strumenti si riferisce la specifica "video endoscopi flessibili" e se sono strumenti dedicati ad una particolare specialità (es. broncoscopia).

#### Risposta n. 1

Non si fa riferimento ad alcuna specialità endoscopica in particolare ma si richiede una piattaforma utilizzabile per qualsiasi procedura con endoscopi flessibili.

#### Quesito n. 2

Per quanto nostra conoscenza, le caratteristiche indicate nella documentazione di gara relativamente alla temperatura di colore di 6000 °K specificata per il generatore di luce a Xenon identificano una specifica azienda e si rischierebbe di precludere la partecipazione alla scrivente. Si chiede pertanto all'ente di poter partecipare con un sistema equivalente a temperatura di colore inferiore.

#### Quesito n. 3

Per di nostra conoscenza, le caratteristiche indicate nella documentazione di gara relativamente alla doppia metodologia d'insufflazione, una per l'avviamento del pneumoperitoneo a flusso continuo di gas a 1 l/m, pressione d'insufflazione a 15 mm di Hg, e l'altra con pressione liberamente selezionabile da 0 a 30 mmhg, identifica una specifica azienda e si rischierebbe di precludere la partecipazione alla scrivente. Si chiede pertanto all'ente di poter partecipare con un sistema equivalente a metodologia singola di flusso.

#### Risposta ai quesiti n. 2 e n. 3

Si tratta di indicazioni di massima, siamo a conoscenza che caratteristiche simili sono presenti in apparecchi di produzione di più di una Azienda ed in ogni caso per quanto ci riguarda non sono caratteristiche che possano determinare esclusioni dalla procedura di sistemi di qualità per questi motivi.

**17 maggio 2012**

**IL Responsabile del Procedimento**

