



Sede Legale  
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
**U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI**  
 Fax. 091.7808394

**OGGETTO:** Esito di gara procedura negoziata di un sistema di monitoraggio multiparametrico centralizzato per l'U.O.C. di Anestesia e Rianimazione II dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello".

A tutte le ditte interessate

Si comunica che con deliberazione del Direttore Generale n° 1387 del 12 Luglio 2012 immediatamente esecutiva, in esito alla procedura indicata in oggetto, indetta da questa Azienda in veste di Stazione Appaltante con lettera d'invito prot. 0010584/5 del 14/05/2012, è stata disposta la seguente aggiudicazione:

- **Ditta 3C Med srl con sede a Palermo, Via F.sco Cilea, 91, Partita I.V.A. 05586860826, - CIG: 42376771B0:**

N	DESCRIZIONE	Quant.	Nome comm. Cod. ditta	Prezzo Unitario IVA esclusa	Prezzo compl.	I.V.A
1	<p><b>Monitor multiparametrici modulari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Schermo a colori TFT a colori touchscreen di almeno 17"</li> <li>-Visualizzazione fino a 12 tracce e di tutti i valori numerici dei parametri monitorati misurazione della etc02</li> <li>-Impostazione schermo personalizzabile con possibilità di presentare dati alfanumerici di dimensioni tali da consentire la lettura a distanza</li> <li>-Pulsanti funzionali dedicati</li> <li>-Visualizzazione acustica e visiva degli allarmi con distinzione secondo il tipo di gravità impostabile per ogni parametro e possibilità di autosegnaletica delle soglie di allarme.</li> <li>-Funzione bed to bed.</li> <li>-Memorizzazione automatica e manuale eventi critici con possibilità di stampa.</li> <li>-Predisposto per collegamento alla centrale tramite rete LAN</li> <li>-Sistema di raffreddamento silenzioso e senza ventola che eviti l'accumulo di polvere.</li> <li>-Alimentatore 220V integrato</li> </ul>	Nr. 10	Bene View T8 cod. 6800 Prod. Mindray	€ 5.100,00	€ 51.000,00	21%

2	<p><b>MODULI/MONITOR</b> estraibili o esterni interfacciati con i monitor modulari posto letto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Adatto per il trasporto intraospedaliero.</li> <li>-Dotato di schermo a colori possibile touchscreen di almeno 5”</li> <li>-Visualizzazione di minimo 3 tracce grafiche e di tutti i valori numerici dei parametri monitorati.</li> <li>-Impostazione schermo personalizzabile</li> <li>-Peso inferiore ad 1,5 kg</li> <li>-Rilevazione dei seguenti parametri: ECG, respiro, pressione in cruenta, SPO2 (metodologia compatibile con i sensori Nellcor), temperatura con rilevatore cutaneo multiuso (predisposto per il collegamento di sonde monouso e sonda rettale/esofagea), almeno 2 pressioni cruenta</li> <li>-Alimentazione a rete 220 Volt</li> <li>-Batteria ricaricabile che permetta un'autonomia di almeno 3 ore di funzionamento</li> <li>-Predisposizione per collegamento wireless</li> <li>-Memorizzazione di dati e forme d'onda. I dati acquisiti durante il trasporto devono poter essere trasferiti al sistema di monitoraggio centrale quando il modulo viene ricollegato al monitor paziente</li> </ul> <p><b>Ogni modulo deve essere corredato di cavo ECG a 5 terminali; cavo ECG a 3 terminali; tubo e bracciale NIBP di taglia adulto-medio; cavo SPO2 con sensore a dito riutilizzabile; sensore temperatura cutanea; 2 cavi per i set di pressione cruenta in dotazione al reparto (Edwards).</b></p>	Nr. 10	Bene View T1 cod. 9281 Prod. Mindray	€ 4.100,00	€ 41.000,00	21%
---	---	--------	--	------------	-------------	-----

3	<b>Centralina di monitoraggio</b> -Sistema di acquisizione dei dati provenienti dai posti letto compresi di 2 monitor TFT a colori di almeno 17” -Stampante laser -Configurata per il monitoraggio di 10 posti letto con possibilità di espansione. -Almeno 3 tracce visualizzabili contemporaneamente per ciascun paziente nella schermata generale -Richiamo a visualizzazione del singolo monitor posto letto con visualizzazione di tutti i parametri monitorati. -Gestione bidirezionale: possibilità di impostazione e di visualizzazione degli allarmi del singolo posto letto. -Allarmi acustici e visivi. -Revisione degli episodi critici e dei trend grafici e numerici dei parametri vitali per almeno 48 ore per ogni posto letto. -Collegamento ai monitor tramite rete ethernet -Possibilità di ampliamento a rete wireless	Nr 1	Hypervisor VI centrale di monitoraggio Prod. Mindray	€ 6.310,00	€ 6.310,00	21%
---	--	------	---	------------	------------	-----

alle condizioni indicate nella lettera di invito del 14 Maggio 2012, prot. 0010584/5 e dell’offerta economica del 28 maggio 2012, per un importo complessivo di €98.310,00 + IVA 21% € 20.645,10 per un totale complessivo di € 118.955,10;

Questa U.O.C. Approvvigionamenti dell’Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello” resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Il Referente della Pratica  
(Sig.ra C.Ciulla)

Il Responsabile dell’U.O.C  
Approvvigionamenti  
(Dr.ssa A. Lupo)