



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Approvvigionamenti  
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Palermo li 27/07/2012

Prot. 0019260/5

Spett.le \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

### **Oggetto: Chiarimenti e riapertura termine presentazione offerte**

In merito alla Procedura negoziata prot. n. 0017071/5 del 03/07/2012 avente ad oggetto "Invito a procedura negoziata per la fornitura di Dispositivi anti-RX per l'U.O.C. di Urologia", Codice CIG 4390223E9D, si comunicano i seguenti chiarimenti in merito ai prodotti richiesti:

#### Richiesta di chiarimenti:

- *Si chiede di specificare se l'equivalenza in piombo richiesta, pari a 0,35mmPb, è da intendersi sia per il fronte che per il retro e cosa intendete per grado di sovrapposizione totale.*
- *Nella lettera di invito si richiede un camice completo di gonadi. Dato che il camice con protezione frontale già copre completamente la zona delle gonadi, riteniamo che la richiesta di copri gonadi sia un refuso di stampa, confermate?*
- *Si richiede di specificare il livello di protezione richiesto anche per il collare per la protezione della tiroide.*

#### Chiarimenti:

- *Il dispositivo anti RX per l'U.O. di Urologia deve avere uno spessore pari a 0,35 mm Pb nella faccia anteriore del dispositivo stesso, atteso che posteriormente, come è di conoscenza comune, non è necessaria alcuna schermatura; i camici in sovrapposizione attengono a formulazioni ancora presenti in commercio, ma certamente meno idonei per le procedure urologiche attuali. E' chiaro, comunque, che la schermatura del camice deve comprendere tutta la superficie corporea anteriore dell'operatore dal collo alle ginocchia (questo consente la protezione delle gonadi). Si conferma, dunque, la non necessità dei copri-gonadi se il dispositivo anti-RX possiede le caratteristiche su citate. Quanto al terzo punto che riguarda il livello di protezione per il collare si comunica che tale dispositivo è standard per la protezione della ghiandola tiroidea.*

Si comunica, altresì, la riapertura del termine di presentazione delle offerte, che è il seguente: **ore 12.00 del 20/08/2012.**

Il Funzionario Istruttore  
F.to Dott. Massimo Sanfilippo

Il Direttore dell'U.O.C.  
Approvvigionamenti  
F.to Dott.ssa Antonina Lupo