

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

Procedura aperta per fornitura in service per la durata di cinque anni di trattamenti dialitici extracorporei, comprensivi di apparecchiature/attrezzature e manutenzione full risk – CIG 43254122E6

CHIARIMENTI AL 10.9.2012

QUESITO N. 1

In ordine a quanto indicato a pag. 3 – 4 “Linee: “ N. 1 coppia di linee artero/venosa...., richiedere un volume basso di priming (inferiore a 130 cc), si chiede se è ritenuta idonea una coppia di linee A/V con un volume di priming superiore a 130 cc.

RISPOSTA N. 1

E' idonea anche una coppia di linee A/V con volume di priming > 130 ml purchè non superi un volume max di 140 ml. Ovviamente le linee A/V con volumi inferiori a quanto indicato saranno più apprezzate in sede di valutazione qualitativa.

QUESITO N. 2

Si chiede se è possibile offrire in associazione al filtro a basso flusso anche uno a medio flusso.

RISPOSTA N. 2

Si, purchè non sia in sostituzione.

QUESITO N. 3

A pag. 4 “Filtro – Bicarbonato dialisi : è richiesta la sterilizzazione a vapore.

Sono ritenuti idonei filtri sterilizzati con altre metodiche?

RISPOSTA N. 3

Si, purchè non sterilizzati ETO.

QUESITO N. 4

Rif. Capitolato Speciale d'appalto pag. 4 “Filtro” – Bicarbonato dialisi: “Si richiede la disponibilità in quattro superfici differenti a disposizione: tra 0,8 e 1,1.....”

Richiesta : è causa di esclusione offrire un filtro con superfici comprese tra 1,2 e 1,5; tra 1,6 e 1,9; tra 2,0 e 2,3 ma non tra 0,8 e 1,1?

RISPOSTA N. 4

Si. E' causa di esclusione.

QUESITO N. 5

Rif. Capitolato Speciale d'appalto pag. 4 “Filtro” – Emofiltrazione – Emodiafiltrazione, on line.

E' possibile offrire un filtro High-Flux con membrana polisulfonica?

RISPOSTA N. 5

Si. E' possibile.

QUESITO N. 6

Rif. Capitolato Speciale d'appalto pag. 4 "Filtro": Si precisa inoltre che in caso di intolleranza alla membrana offerta, al fine di consentire in ogni caso il/i trattamenti ai pazienti con tali problematiche, la ditta partecipante si impegna a fornire prodotti alternativi sulla base di specifica indicazione medica.

I prodotti alternativi devono essere specificati nell'offerta tecnica da presentare in gara?

RISPOSTA N. 6

I prodotti alternativi non devono essere specificati nell'offerta tecnica da presentare in gara ma l'operatore economico concorrente deve dichiarare in offerta tecnica la disponibilità ad evadere analoga richiesta in caso di provata necessità.

QUESITO N. 7

E' causa di esclusione offrire prodotti alternativi?

RISPOSTA N. 7

Non possono essere ammesse offerte che contengano ipotesi alternative di fornitura.

Semmai è precisato alla pag. 4 del Capitolato speciale che "in caso di intolleranza alla membrana offerta, al fine di consentire in ogni caso il/i trattamenti ai pazienti con tali problematiche, la ditta partecipante si impegna a fornire prodotti alternativi sulla base di specifica indicazione medica.

QUESITO N. 8

Rif. Disciplinare amministrativo – Documenti da presentare – Documentazione tecnica pag. 14: Si chiede di confermare il punteggio qualitativo minimo da raggiungere per non incorrere in esclusione dalla gara.

RISPOSTA N. 8

Il punteggio qualitativo minimo per non incorrere in esclusione dalla gara (soglia di sbarramento), è di 36 punti su 60.

Ogni diversa indicazione riportata nei documenti di gara è da considerarsi un refuso.

QUESITO N. 9

Rif. Disciplinare amministrativo – Documenti da presentare – Documentazione amministrativa punto 4 e 9: è richiesto il certificato di iscrizione nel registro della CCIAA, in originale o copia conforme e DURC in corso di validità.

Si chiede se è sufficiente presentare una dichiarazione sostitutiva riportante tutti gli estremi della iscrizione alla CCIAA ed i dati relativi alle posizioni INPS ed INAIL.

RISPOSTA N. 9

Ai sensi della L. 183/2011 ciascun operatore economico dovrà presentare una dichiarazione sostitutiva riportante tutti gli estremi della iscrizione alla CCIAA ed i dati relativi alle posizioni INPS ed INAIL.

Non saranno accettate certificazioni CCIAA e DURC.

PRECISAZIONI : I documenti di gara vengono integrati da quanto disposto dai commi 1 e 2 art. 2 L.R. 15/2008.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lupo Antonina