

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO

Procedura aperta per affidamento di un sistema ris/cis/pacs per l'affidamento per 36 mesi della fornitura in noleggio di un sistema ris/cis/pacs per la digitalizzazione, archiviazione e trasmissione di immagini radiologiche e cardiologiche per l'AOR Villa Sofia Cervello – CIG 43378402CF

CHIARIMENTI AL 19.09.2012

QUESITO N. 1

Si chiede di confermare che, nella fattispecie di RTI verticale con società mandataria per la fornitura di sistemi ris cis pacs e con mandante società di locazione, a comprova dei requisiti di capacità economica, la società di locazione partecipante alla RTI debba presentare il fatturato specifico delle locazioni delle apparecchiature elettromedicali per la propria quota di partecipazione.

RISPOSTA N. 1

Si conferma.

QUESITO N. 2

Si chiede di confermare che, nella fattispecie di RTI verticale con società mandataria per la fornitura di sistemi ris cis pacs e con mandante società di locazione, l'elenco delle principali forniture ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 163/06, riferito ai requisiti di capacità tecnica, venga dimostrato dalle società partecipanti che forniranno il sistema ris cis pacs per un valore complessivo di € 4.600.000,00 oltre iva per le quote di partecipazione.

Si chiede, altresì, conferma che, a comprova dei requisiti di capacità tecnica, la società di locazione dovrà presentare le principali forniture riguardanti le locazioni di apparecchiature elettromedicali generiche?

RISPOSTA N. 2

Si conferma.

QUESITO N. 3

Si chiede di confermare che il requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 lett. a) del D.L.gs. 163/2006 da soddisfare sia quello indicato nel disciplinare di gara, ossia "Elenco delle principali forniture dei sistemi analoghi a quello offerto per un valore complessivo di € 4.600.000, e che conseguentemente quello richiesto sia nell'allegato A che nell'allegato B "l'Elenco dei principali servizi identici realizzati con un con un canone complessivo annuo di almeno € 766.000,00" siano da considerarsi dei refusi.

RISPOSTA N. 3

Si conferma, come peraltro già precisato alla risposta fornita al quesito n. 6 pubblicato il 10.9.2012.

QUESITO N. 4

Si chiede di confermare che l'autentica della cauzione provvisoria possa essere rilasciata ai sensi del DPR 445/2000 dal firmatario della cauzione allegando copia del proprio documento di identità.

RISPOSTA N. 4

Si conferma.

QUESITO N. 5

Si chiede di confermare che l'approvvigionamento dei componenti necessari all'aggiornamento delle modalità non conformi allo standard DICOM, così come le attività di configurazione (lato modalità diagnostiche), saranno a carico dell'Azienda Ospedaliera appaltante e che le attività di configurazione necessarie lato RIS/CIS/PACS saranno a carico della ditta aggiudicataria.

RISPOSTA N. 5

Per le modalità non conformi allo standard DICOM, l'Azienda Sanitaria si riserverà l'approvvigionamento dei componenti necessari al loro aggiornamento senza alcun onere per l'aggiudicatario, ad esclusione delle eventuali attività di configurazione necessarie (lato RIS/CIS/PACS) in fase di noleggio e installazione del sistema RIS/CIS/PACS.

Si conferma e ribadisce quanto espresso nell'art. 5.9 del CSA.

QUESITO N. 6

Si chiede di indicare se il progetto tecnico dovrà contenere il progetto relativo alla rete ed all'allestimento delle sale server così come indicato all'art. 11 del Disciplinare di gara.

RISPOSTA N. 6

L'art. 3.3. del CSA chiarisce che la ditta offerente dovrà produrre dettagliata relazione progettuale con annesso studio di fattibilità, evidenziando l'architettura della soluzione, le tecnologie coinvolte, la topologia proposta, l'analisi del flusso di dati prodotto dal sistema nel suo complesso, le misure di sicurezza adottate e le soluzioni di affidabilità puntuale e di ridondanza architetture.

Tale documentazione deve fare parte della documentazione tecnica prevista dall'art. 15 del CSA e risulta coerente con quanto espresso nell'art. 11 del disciplinare di gara.

QUESITO N. 7

Si chiede di quantificare il numero minimo di postazioni di lavoro client RIS/CIS da destinare alle attività di accettazione pazienti ed esecuzione esami.

RISPOSTA N. 7

Il numero minimo delle postazioni RIS/CIS client da destinare alle attività di accettazione pazienti è pari a 20 ed è compreso nelle postazioni di lavoro previste nell'art. 5.7.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dr.ssa Lupo Antonina

