



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Approvvigionamenti
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Palermo li 27/09/2012

Prot. 0023337/5

Spett.le _____

Oggetto: Chiarimenti e riapertura termine presentazione offerte

In merito alla Procedura negoziata prot. n. 0017071/5 del 03/07/2012 avente ad oggetto "Invito a procedura negoziata per la fornitura di Dispositivi anti-RX per l'U.O.C. di Urologia", Codice CIG 4390223E9D, si comunicano i seguenti chiarimenti in merito ai prodotti richiesti:

Richiesta di chiarimenti:

- 1. Relativamente ai camici anti-radiazioni, viene espressamente richiesto che il materiale schermante sia "un composto innovativo esente da lattice e derivati che include un nuovo polimero costituito da bismuto e tungsteno". Il materiale schermante dei nostri camici è privo di piombo, lattice e derivati ma di diversa composizione. E' pena esclusione il fatto che il materiale sia bismuto e tungsteno o possiamo partecipare anche con un materiale schermante di diversa composizione ma con caratteristiche equivalenti?*
- 2. Relativamente agli occhiali, si richiedono dotati di asta regolabile in lunghezza, con sistema soft pad per la sovrapposizione ad occhiali a vista. Anche qua, sono caratteristiche a pena esclusione? I nostri occhiali non sono dotati di sistema soft pad con aste regolabili in lunghezza, ma sono sovrapponibili a normali occhiali da vista.*

Chiarimenti:

- 1. Quanto al punto 1, la composizione del materiale schermante richiesto deve poter essere esente da lattice e derivati, nonché privo di piombo, la diversa composizione rispetto a bismuto e tungsteno (richiesto) può essere sostituito da altro materiale purchè la ditta che lo propone dichiari l'equivalenza con quanto richiesto.*
- 2. Relativamente al punto 2 dove si richiedono occhiali dotati di asta regolabili con sistema soft pad per la sovrapposizione ad occhiali da vista, la caratteristica che riguarda le aste regolabili in lunghezza, consentono l'utilizzo diversificato per ogni operatore, consentono cioè di poter essere utilizzati dagli stessi regolando le aste. Pertanto tale caratteristica si ritiene insurrogabile.*

Si comunica, altresì, la riapertura del termine di presentazione delle offerte, che è il seguente: **ore 12.00 del 10/10/2012.**

Il Funzionario Istruttore
F.to Dott. Massimo Sanfilippo

Il Direttore dell'U.O.C.
Approvvigionamenti
F.to Dott.ssa Antonina Lupo