



Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808725 Fax. 091.7808394

Procedura aperta per la fornitura in somministrazione di strumentario chirurgico per diverse UU.OO. di diagnosi e cura dell’Azienda Ospedaliera.

CHIARIMENTI 14.02.2013 parte II

QUESITO N. 1: Lotto 32) si richiedono nr 10 inserti per manipolo ad ultrasuoni P5 per endodonzia chirurgica. Si chiede di specificare meglio gli inserti richiesti.

RISPOSTA N. 1:

inserto universale per chirurgia apicale. Strumento iniziale lunghezza di lavoro 3 mm,

inserto per chirurgia apicale per denti anteriori lunghezza di lavoro 6 mm,

inserto per chirurgia apicale per denti anteriori per la preparazione del canale radicolare oltre 9 mm,

inserto per chirurgia apicale per premolari e molari orientato a destra lunghezza di lavoro 3 mm,

inserto per chirurgia apicale per premolari e molari orientato a sinistra lunghezza di lavoro 3 mm.

QUESITO N. 2: Lotto 32) si richiedono nr 30 inserti per Piezochirurgia Mectron. Si chiede di specificare meglio gli inserti richiesti.

QUESITO N. 2:

INSERTI PER PIEZOCHIRURGIA:

inserto per osteotomia micrometrica circa 1 mm in profondità per finalizzazione della osteotomia in prossimità dei tessuti molli con parte lavorante a fessura diamantata,

inserto per osteotomia o osteoplastica micrometrica per finalizzazione della osteotomia in prossimità dei tessuti molli con parte lavorante a pallina diamantata,

inserto per osteotomia ad alta efficienza: tutte le tecniche di osteotomia del

mascellare sup. e della mandibola con spessore 0,55 mm con parte lavorante dentellata a 5 denti,

osteotomia ad alta efficienza e precisione: osteotomia molto sottile, tecnica di corticotomia per microchirurgia ortodontica, tecnica di separazione radicolare nelle estrazioni dentali ed in chirurgia parodontale con spessore 0,35 mm con parte lavorante dentellata a 3 denti,

osteotomia ad alta efficienza e precisione: osteotomia molto sottile, tecnica di corticotomia per microchirurgia ortodontica, tecnica di separazione radicolare nelle estrazioni dentali ed in chirurgia parodontale con spessore 0,35 mm con parte lavorante dentellata a 4 denti,

inserto per osteotomia orizzontale: osteotomia apicale nel prelievo osseo monocorticale destro con parte lavorante dentellata a 5 denti,

inserto per osteotomia orizzontale: osteotomia apicale nel prelievo osseo monocorticale sinistro con parte lavorante dentellata a 5 denti,

inserto per la separazione della membrana schneideriana dalle pareti ossee: separazione della membrana del seno, 2 mm attorno alla cornice della finestra ossea,

inserto elevatore non tagliente della membrana del seno: separazione della membrana del seno nelle aree interne.

QUESITO N. 3: si chiede di accertare ed eventualmente rimodulare la base d'asta del lotto n. 30

RISPOSTA N.3: Non si può procedere ai termini di Legge ad alcuna modifica sostanziale della gara, pertanto, si conferma la base d'asta del lotto n. 30

QUESITO N. 4: si chiede conferma che la procedura di gara sia in corso di validità

RISPOSTA N. 4: si conferma che la gara sarà esperita in seduta pubblica il 28/02/2013 alle ore 10:00, così come da pubblicazione sulla GUCE n. 2013-00582 del 02/01/2013 e sulla GURS n. 4 del 25/01/13

QUESITO N. 5: al punto 17) dell'Allegato B viene richiesto di indicare i dati anagrafici dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione della gara. Nel caso in cui un Amministratore sia cessato a gennaio 2013 dovrà ugualmente essere indicato al punto 17)?

RISPOSTA N. 5: si conferma quanto indicato al punto 17) dell'Allegato B

**Il Responsabile del Procedimento
F.to (Dott.ssa Antonina Lupo)**