

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L'AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L'AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO.  
Numero gara 5086980

### CHIARIMENTI del 3.10.2013

Di seguito ad alcuni rilievi di diverso contenuto formulati da OE in ordine alle modalità di sottoscrizione della documentazione tecnica, che sono stati tutti fin qui riscontrati da questa Stazione Appaltante cercando di assecondare le richieste delle ditte, preso atto che ciascun OE propone diverse e contrastanti tra loro scelte operative, la sottoscritta, in veste di RUP, è giunta alla determinazione di ricondurre la questione ai testuali termini originariamente indicati nel Disciplinare di gara, e dunque prescrivendo che, così come disposto dall'art. 12 dello stesso documento, tutta la documentazione tecnica deve essere firmata, a pena di esclusione, con firma digitale, cioè formato "p7m".

Si invitano gli OE a rispettare dunque le suindicate prescrizioni, ritenendo con detta determinazione che, si ripete, riconduce testualmente alle regole dettate dal Disciplinare di gara, assolutamente conclusa la tematica.

#### QUESITO N. 1

Il DUVRI deve essere sottoscritto o anche compilato?

#### RISPOSTA N. 1

Si rinvia alle disposizioni di gara che di seguito testualmente si trascrivono, nonché alla risposta n. 2 fornita in data 9.9.2013 parte seconda.

Art. 12 **B.5** – In applicazione di quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/08, si precisa che, trattandosi di fornitura con installazione, deve essere valutata l'assenza di interferenze, sicché va redatto, compilato e sottoscritto dalle ditte offerenti per le parti di interesse il modello DUVRI riferito alla specifica Azienda, allegato al presente disciplinare.

#### QUESITO N. 2

Alla dichiarazione di sopralluogo, se sottoscritta da un delegato, va allegata copia conforme della delega, come richiesto da codesta SA ovvero è sufficiente allegare copia della delega?

#### RISPOSTA N.2

La dichiarazione di conformità all'originale è la dichiarazione resa da un pubblico ufficiale (nel nostro caso dal titolare della ditta o da chi ne fa le veci) e in taluni limitati casi dal cittadino interessato, nei modi previsti dalla legge, con cui si attesta che la copia di documento è conforme al documento originale.

La richiesta di detta conformità ha l'obiettivo di assicurare che il soggetto che si è presentato per il sopralluogo sia realmente delegato dalla ditta in tal senso.

Specifiche norme di legge prescrivono i soggetti e le modalità per rendere autentico un documento (DPR 445/2000).

### QUESITO N. 3

Rif. Disciplinare di gara – art. 12 – Documentazione tecnica:

B6 : Elenco della documentazione presentata, con indicazione dei rispettivi punti, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta concorrente.

E' un refuso? Tale documento viene richiesto come lettera (cartacea) da predisporre insieme ai due CD contenenti tutta la documentazione tecnica (rif. Quesito n. 1 del 23.7.2013).

### RISPOSTA N. 3

Si conferma e ribadisce quanto già chiarito nella risposta n. 1 del 23.7.2013, cogliendo ancora una volta l'occasione per precisare ancora una volta che, ad ogni modo, i motivi di esclusione non possono attenersi ad aspetti meramente formali, ma semmai sostanziali.

### QUESITO N. 4

Per il lotto 53 manca parte della griglia per il sub lotto dedicato al SIMT ed alla Talassemia.

### RISPOSTA N. 4

Si riporta, qui di seguito, la griglia già pubblicata, integrata dalla parte mancante riferita al SIMT ed alla Talassemia.

### **GRIGLIA PUNTEGGI LOTTO 53 EMATOLOGIA - CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI 3 ANALIZZATORI PER UO PATOLOGIA CLINICA CERVELLO E VILLA SOFIA (Punti MAX 60)**

Tecnologia di analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante:

- Citometria a Flusso in Fluorescenza con laser a semiconduttore, due canali (WBC/BA e DIFF),
- Tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation, unico canale,
- Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia VCS (Volume, Conduttività, Scatter). Supportata da analisi CPD (Cell Population Data), unico canale analitico,

Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia in Impedenza ed Assorbanza, Citochimica con Sudan Nero. Due Canali PUNTI 6

RBC e PLT determinate con principio resistivo o ottico PUNTI 5

Cadenza analitica di almeno 120 campioni/ora per il profilo CBC+DIFF PUNTI 4

Maggiore autonomia del campionatore automatico PUNTI 3

Analisi dei liquidi biologici diversi dal sangue senza programma specifico dedicato PUNTI 1

Analisi dei liquidi biologici diversi dal sangue con programma specifico dedicato PUNTI 3

Conteggio dei granulociti immaturi in % e valore assoluto di default senza reattivi aggiuntivi. PUNTI 3

Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa. PUNTI 3

Passaggio dallo stato di stand-by a ready inversamente proporzionale al tempo impiegato (0-5) PUNTI 5

Ripetizione completamente automatica dei campioni patologici sulla base di flag/allarmi, senza l'intervento dell'operatore . PUNTI 2

Esecuzione completamente automatica del Delta-check (punti 3) e del Reflex-test (punti 2) senza l'intervento dell'operatore PUNTI 5

Utilizzo di soglie mobili definibili dall'operatore PUNTI 3

Strisciatore-coloratore di vetrini integrato allo strumento per UO Pat. Clinica Cervello, in grado di eseguire in completa automazione e anche in modalità reflex-test, 120 vetrini per ora con differenti protocolli di colorazione PUNTI 4

Possibilità di colorare un vetrino già strisciato manualmente PUNTI 2

Dotazione di PC con software esperto per la validazione automatica dei campioni con regole di analisi e selezione e validazione dei campioni che utilizzino, oltre ai risultati e ai flag di allarme, anche le informazioni sul paziente ( età, sesso, provenienza, ecc) PUNTI 2

Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto. PUNTI 2

Eritroblasti eseguibili con cistogramma dedicato e correzione automatica del conteggio leucocitario in presenza di eritroblasti PUNTI 4

Estensione automatica dei tempi di conteggio per campioni leucopenici PUNTI 3

### **CARATTERISTICHE PREFERENZIALI DEI 2 ANALIZZATORI PER SMT E TALASSEMIA ( 60 punti MAX)**

Tecnologia di analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante:

- Citometria a Flusso in Fluorescenza con laser a semiconduttore, due canali (WBC/BA e DIFF),
- Tecnologia MAPSS (Multi Angle Polarized Scatter Separation, unico canale,
- Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia VCS (Volume, Conduttività, Scatter). Supportata da analisi CPD (Cell Population Data), unico canale analitico,

Analisi WBC e Formula Leucocitaria effettuata mediante tecnologia in Impedenza ed Assorbanza, Citochimica con Sudan Nero. Due Canali PUNTI 7

RBC e PLT determinate con principio resistivo o ottico PUNTI 5

Cadenza analitica di almeno superiore a 80 campioni/ora per il profilo CBC+DIFF PUNTI 6

Maggiore autonomia del campionatore automatico PUNTI 4

Minor tempo impiegato nel passaggio da Stand-by a ready PUNTI 0-6

Ripetizione completamente automatica dei campioni patologici sulla base di flag/allarmi, senza l'intervento dell'operatore. PUNTI 4

Dotazione di PC con software esperto per la validazione automatica dei campioni con regole di analisi e selezione e validazione dei campioni che utilizzino, oltre ai risultati e ai flag di allarme, anche le informazioni sul paziente (età, sesso, provenienza, ecc) PUNTI 4

Conteggio delle cellule immature % e # PUNTI 4

Maggior numero di installati in Italia PUNTI 4

Collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata tra gli strumenti ed il servizio centrale di Assistenza Tecnica per il supporto remoto. PUNTI 5

Possibilità di analisi manuale dei campioni da provetta aperta o chiusa. PUNTI 3

Estensione automatica dei tempi di conteggio per campioni leucopenici PUNTI 6

Capacità dell'analizzatore di indicare la presenza di eritroblasti PUNTI 2

#### QUESITO N. 5

Sempre relativamente al lotto 53:

- Manca nella griglia strumenti la richiesta di n. 1 strisciatores-coloratore di vetrini integrato allo strumento per UO Patologia Clinica Cervello.
- Manca la specifica del numero di vetrini/anno che saranno eseguiti
- Nella specifica del punteggio sopra descritto viene inserito (0-4). E' un refuso?
- Alle caratteristiche preferenziali per i tre analizzatori per UO Patologia Clinica Cervello e Villa Sofia vengono attribuiti un massimo di 60 punti, mentre la somma totale dei punti assegnati alle caratteristiche preferenziali è pari a 58. Inoltre alla caratteristica "collegamento tramite rete WEB o rete telefonica dedicata..." non viene attribuito alcun punteggio: si chiede di chiarire quanto sopra esposto.

#### RISPOSTA N. 5

- Nel lotto 53 viene aggiunto nella griglia strumenti per la UO Patologia Clinica la dizione n. 1 Strisciatores-coloratore di vetrini.
- Il numero di vetrini per anno è 2500.
- Nella specifica del punteggio viene tolta la dizione 0-4 e trasformata in 4.
- La revisione dei punteggi conferma che il totale è 60, in quanto non era visibile il punteggio sul collegamento tramite rete WEB punti 2.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Lupo Antonina

Sarà cura di questa Stazione Appaltante riscontrare le altre richieste di chiarimenti fin qui pervenute con la massima celerità.

Il Responsabile Unico del Procedimento