

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L'AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L'AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO.
Numero gara 5086980

CHIARIMENTI DEL 3.10.2013 (seconda parte)

Si conferma e ribadisce ancora una volta, di seguito ad alcuni ulteriori rilievi pervenuti stamani, a seguito della pubblicazione dei chiarimenti del 3.10.2013 riferiti alla sottoscrizione dell'offerta con firma digitale, che la sottoscritta, in veste di RUP, è giunta alla determinazione di ricondurre la questione ai testuali termini originariamente indicati nel Disciplinare di gara, e dunque prescrivendo che, così come disposto dall'art. 12 dello stesso documento, tutta la documentazione tecnica deve essere firmata, a pena di esclusione, con firma digitale, cioè formato "p7m".

QUESITO N. 1

Si chiede se sia possibile, in lotti diversi, offrire il medesimo codice prodotto con quotazioni differenti in relazione alle peculiarità, ai volumi ed alle richieste dello specifico lotto.

RISPOSTA N. 1

No. La quotazione deve essere identica trattandosi di gara consorziata finalizzata ad omogeneizzare le quotazioni.

QUESITO N. 2

Si chiede che vengano precisate le categorie e le classifiche SOA richieste per il lotto 56 e per il lotto 58.

RISPOSTA N. 2

Si rinvia alla risposta n. 13 del 18.9.2013.

QUESITO N. 3

Per il lotto 56 si prescrive che:

"Per i tests aggiuntivi per i quali viene indicato un numero di tests minimo (100/200) si prevedono sedute di lavoro settimanali, pertanto il numero dei kits, calibratori e controlli sono da riportare alle 52 settimane".

Si chiede di confermare la possibilità che il controllo settimanale, anzicchè giornaliero, possa essere applicato anche ai parametri obbligatori richiesti in numero esiguo (inferiore a 200 test annui).

RISPOSTA N. 3

Nel lotto 56 sia per i test aggiuntivi, sia per quelli obbligatori inferiori a 200 test annui, possono essere forniti calibratori e controlli settimanali.

QUESITO N. 4

Per la comparazione e l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, l'importo che verrà preso in considerazione è quello derivante dal costo totale del service (iva esclusa) pari alla somma delle singole quote indicate nello schema di offerta economica?

In caso affermativo il ribasso percentuale da indicare in offerta dovrà essere rapportato all'importo complessivo posto a base d'asta per i vari lotti al cui interno sono compresi i lavori?

Dal momento che i calibratori, controlli e tutto il materiale di consumo dovrà essere fornito in sconto merce cosa dovrà essere indicato alla lettera D dell'Offerta Economica *"QUOTA QUINQUENNALE COMPLESSIVA PER IL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA PER SINGOLO LOTTO(AD ESCLUSIONE DEI CALIBRATORI, CONTROLLI QUALITA' ETC....)"*?

RISPOSTA N. 4

Per la comparazione e l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche, l'importo che verrà preso in considerazione è quello derivante dal costo totale del service (iva esclusa) pari alla somma delle singole quote indicate nello schema di offerta economica.

Come già indicato alla risposta n. 5 del 13.9.2013, il ribasso percentuale da indicare in offerta dovrà essere rapportato all'importo complessivo posto a base d'asta per i vari lotti al cui interno sono compresi i lavori.

Dal momento che i calibratori, controlli e tutto il materiale di consumo dovrà essere fornito in sconto merce gli OE non dovranno indicare nulla lettera D dell'Offerta Economica *"QUOTA QUINQUENNALE COMPLESSIVA PER IL MATERIALE DI CONSUMO NECESSARIO PER UTILIZZO DELLA STRUMENTAZIONE OFFERTA PER SINGOLO LOTTO(AD ESCLUSIONE DEI CALIBRATORI, CONTROLLI QUALITA' ETC....)"*, in quanto un refuso.

QUESITO N. 5

A pagina 30 del disciplinare di gara si prescrive che "Nel caso di RTI le fatture verranno emesse da ciascuna impresa del Raggruppamento. Si chiede conferma che i pagamenti verranno eseguiti a favore di ciascuna Azienda e non alla Mandataria come indicato all'art. 5 del disciplinare.

RISPOSTA N. 5

I pagamenti verranno eseguiti a favore di ciascuna Ditta dell'ATI.

Quanto indicato all'ultimo capoverso dell'art. 5 del disciplinare di gara è un refuso.

QUESITO N. 6

Si chiede una rimodulazione della griglia di valutazione del lotto 60 al fine di consentire maggiore concorrenza e partecipazione.

RISPOSTA N. 6

Si da riscontro positivo inserendo nella griglia di valutazione del lotto 60 il seguente parametro:

“Software in grado di acquisire i dati dal gel d’agarosio con metodiche diverse dal software esperto” cui si assegnano punti 2.

Contestualmente si riducono a punti 2 cadauno, i seguenti parametri:

“Camera di migrazione a 3 elettrodi”

“Camera di migrazione a secco”.

QUESITO N. 7

In merito alla procedura in oggetto la scrivente chiede la possibilità di presentare copia conforme all’originale del certificato ISO (art. 12 del Disciplinare di gara, comma B2 e B4) scaduto a giugno 2013, accompagnato da dichiarazione dell’Ente Emittente TUV ITALIA che dichiara testualmente *che la nostra ha sostenuto l’audit di ricertificazione in accordo alle norme EN ISO 13485:2012 e UNI EN ISO 9001:2008. Tale audit si è concluso con la proposta da parte del team di verifica di rimettere i certificati di conformità.*

Tutto ciò in quanto l’Ente non ci ha ancora recapitato il nuovo certificato. Ovviamente in caso di risposta affermativa, la scrivente si impegna già da ora a presentare il nuovo certificato non appena disponibile, a fronte di Vostra esplicita richiesta.

RISPOSTA N. 7

Si accoglie quanto proposto dall’OE.

QUESITO N. 8

Quante copie delle 2 Referenze bancarie vanno prodotte nella busta contenente la documentazione amministrativa.

RISPOSTA N. 8

Ovviamente una sola copia di ciascuna Referenza.

QUESITO N. 9

E’ necessario restituire i capitolati di gara con tutti i suoi allegati con firma per accettazione in tutte le pagine o basta allegare una dichiarazione da cui si evince l’accettazione di tutte le norme e prescrizioni previste nel CSA?

RISPOSTA N. 9

E’ assolutamente sufficiente allegare una dichiarazione da cui si evince l’accettazione di tutte le norme e prescrizioni previste nel CSA.

QUESITO N. 10

Dove vanno allegate le ISO 9000?

RISPOSTA N. 10

Una sola volta nella busta della documentazione amministrativa in allegato alla polizza fideiussoria ed una volta nella busta della documentazione tecnica.

QUESITO N. 11

Si chiede di escludere dalle caratteristiche tecniche richieste per il lotto 32 la “decontaminazione dell’ambiente di lavoro a fine seduta tramite lampada UV integrata, le biglie magnetiche rivestite di silice, ed il video touch screen”.

RISPOSTA N. 11

Si confermano le caratteristiche tecniche richieste per il lotto 32 in quanto la richiesta si riferisce ad un estrattore di acidi nucleici senza altre funzioni aggiuntive.

QUESITO N. 12

In riferimento al lotto 56 in quali fasi della gara e da quali ditte (concorrenti o aggiudicataria) dovranno essere prodotti lo studio di fattibilità ed il progetto tecnico.

RISPOSTA N. 12

In riferimento al lotto 56 si conferma che lo studio di fattibilità, redatto in base alle norme vigenti, dovrà essere predisposto da tutte le ditte concorrenti e sarà esaminato dalla Commissione Giudicatrice, mentre la singola ditta aggiudicataria del lotto dovrà predisporre il progetto tecnico.

QUESITO N. 13

Nel lotto 38 il prodotto Taq polimerasi fa parte dei reagenti principali ovvero del materiale accessorio?

RISPOSTA N. 13

Ovviamente trattasi di un reagente principale.

QUESITO N. 14

Avendo avuto notizia del pensionamento della Dr.ssa Nicoletti Dir. UOC Patologia Clinica S. Elia, chi è il nuovo referente per le firme sui verbali di sopralluogo?

RISPOSTA N. 14

Il Dr. Ginevra tel. Cellulare 3388835917.

Il Responsabile Unico del Procedimento

Dr.ssa Lupo Antonina

Sarà cura di questa Stazione Appaltante riscontrare le altre richieste di chiarimenti fin qui pervenute con la massima celerità.

Il Responsabile Unico del Procedimento