

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L'AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L'AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO.
Numero gara 5086980

CHIARIMENTI DEL 4.10.2013 (seconda parte)

Si ritiene di dover rettificare parzialmente, e limitatamente alle caratteristiche riferite alla automazione, la griglia di valutazione relativa al lotto 56 in quanto opportuno premiare adeguatamente chi offra automazione e front end.

Si riporta qui di seguito le parti corrette della griglia di valutazione del lotto 56, confermando le parti della griglia già pubblicate e riferite alle diverse tipologie di analizzatori, all'impatto organizzativo ed al middleware.

CARATTERISTICHE DELLA AUTOMAZIONE PER CHECK-IN E SORTING DELL'UNITA' DI

FRONT END

PUNTI

Maggiore tipologia di rack strumentali compatibili e maggior numero di personalizzazioni possibili nelle area di

Input e Output (Relazionare) Max 1

Front-end con centrifugazione

Max 1

TOTALE PUNTI 2

CARATTERISTICHE DELLA AUTOMAZIONE INTEGRATA PUNTI

Produttività complessiva della centrifugazione Max 2,0

Potenzialità di carico delle provette campione in ingresso Max 2

Stoccaggio refrigerato integrato, completo di stappatore dedicato e mappatura, per tubi area siero, ematologia, coagulazione per almeno ulteriori 3000 campioni (in aggiunta a quanto previsto nei requisiti minimi) Max 2

Preanalitica integrata nella automazione per check-in e sorting Punti 2

Modalità di tracciabilità automatizzata dei campioni in tutte le fasi:

- Assente punti 0

- con tracciabilità del trasportatore in Radio Frequenza/microchip o lettura barcode - Punti 1

Flusso di lavoro interno al sistema di automazione:

- con trasporto di rack e/o ricostruzione dei rack strumentali per la fase di campionamento Punti 0

- con trasporto e campionamento da provetta primaria singola su tutti gli strumenti connessi Punti 1

Modalità di recapping delle aliquote o provette: max punti 1 (saranno preferite modalità con tappo in plastica a pressione)

Possibilità di utilizzo di provette di diverse dimensioni

- Assente Punti 0

- Presente Punti 1

Totale Punti 12

QUESITO N. 1

Per ottimizzare lo spazio riservato alla documentazione tecnica su cd, i singoli files possono essere inseriti in una cartella in formato .zip, contenente tutta la documentazione tecnica richiesta, apponendo la firma digitale solo sulla cartella suddetta?

RISPOSTA N. 1

No. In quanto altrimenti i singoli file non sarebbero firmati con firma digitale.

QUESITO N. 2

Lotto 17 – La striscia di rivelazione in nitrocellulosa è da considerarsi del tutto equivalente a quella in nylon?

RISPOSTA N. 2

Si.

QUESITO N. 3

Nel lotto 63 nelle caratteristiche minime della strumentazione per i parametri degli elementi corpuscolari (SubLotto2) viene richiesto il parametro “conduttività” che identifica una sola azienda. Se ne da conferma?

RISPOSTA N. 3

Al fine di consentire massima partecipazione al lotto la caratteristica della “conduttività” viene esclusa dalle caratteristiche minime.

QUESITO N. 3

Nel lotto 63, nella sezione “Altre specifiche minime” si chiede che “Il controllo deve essere in quantità tale da poter effettuare almeno un controllo giornaliero su tre livelli su tutte le macchine”.

Se ne da conferma?

RISPOSTA N. 3

Le parole “ su tre livelli” vengono sostituite con “su almeno due livelli”.

QUESITO N. 4

Nel lotto 63 sub lotto 1 e 2 nella tabella colonna B viene indicato uno strumento di backup ma non è specificato che tipo di backup.

RISPOSTA N. 4

Per strumento di backup deve intendersi “chimico-fisico”. Per gli Ospedali di Mazzarino e Niscemi viene richiesto un solo strumento con le stesse caratteristiche dello strumento di backup per l’Ospedale S. Elia di Caltanissetta.

QUESITO N. 5

Nel lotto 82 appaiono delle incongruenze nella descrizione della strumentazione richiesta.

RISPOSTA N. 5

La richiesta di fluorescenze oltre la sesta non è in contrasto con la richiesta di un citofluorimetro a 6 fluorescenze perché trattasi di requisito minimo, lasciando pertanto la possibilità di una offerta di un citofluorimetro con possibilità di leggere oltre la sesta fluorescenza.

Pertanto si ritiene opportuno prevedere anche la possibilità di approvvigionamento di reagenti con fluorescenze oltre la sesta, la cui mancanza non costituisce motivo di esclusione.

QUESITO N. 6

Nella sezione “Caratteristiche tecniche dettagliate” del lotto 82 viene richiesto al punto 2 “Vano di alloggiamento dei laser termostato e coibentato per evitare problemi di instabilità con conseguente errore di lettura dovuto all’allineamento dei laser divisi spazialmente. I Laser devono essere allineabili via software”. Si chiede conferma di detta caratteristica.

RISPOSTA N. 6

Al fine di consentire massima partecipazione, in alternativa alla caratteristica indicata nel quesito cui si da riscontro può essere offerto uno strumento con banco ottico con fibre ottiche a monte o a valle della camera di conta.

Pertanto, la griglia di valutazione viene rettificata e sostituita come di seguito trascritto:

NUOVA GRIGLIA DI VALUTAZIONE Lotto 82:

Assegnazione dei 60 punti in base alla qualità

Punteggio

1. Citofluorimetro modulare a 8 e/o IO colori con tre laser con certificazione attestante la marchiatura CE-JVD..... 10
2. Velocità di lettura fino 25.000 eventi al secondo con resa non inferiore al 90% 5
3. Sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere due diversi angoli di diffrazione più terza opzione utile alla lettura di particene inferiori ai 0,5 micron..... 5
4. Disponibilità a listino di altri softwares citometrici specifici 6

5. La ditta aggiudicataria si impegna a fornire eventuali altri monoclonali marcati non presenti nel listino alle stesse condizioni7
6. Campionatore con agitazione tipo vortex di ogni singola provetta prima dell'aspirazione per evitare sedimentazione delle cellule nelle ultime provette, e per ottimizzare le conte assolute..... 8
7. Software di analisi dei campioni acquisiti 3
8. Reagenti devono avere un titolo sufficiente a saturare 10^6 cellule/test 5
9. Disponibilità a fornire miscele almeno a cinque colori personalizzate 4
10. Assistenza applicativa da remoto dello strumento via internet che consente il supporto specialistico 3
11. Il servizio deve garantire, tramite numero verde, la tracciabilità degli interventi registrandone le operazioni che lo specialista ha effettuato sul sistema durante il controllo remoto .. 4

QUESITO N. 7

Si chiedono le ragioni che inducono ad individuare nella griglia di valutazione il parametro riferito al "Sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere due diversi angoli".

RISPOSTA N. 7

Il sistema di lettura del Forward Scatter con possibilità di leggere due diversi angoli di diffrazione consente una maggiore accuratezza della misurazione delle dimensioni, per cui si è ritenuto opportuno premiare con un punteggio aggiuntivo il possesso di questa caratteristica.

QUESITO N. 8

Per il lotto 65 sub lotto 2 viene chiesto che si utilizzino i medesimi rack del contaglobuli.

Si chiede conferma di ciò e si chiede se tale richiesta valga solo per il sub lotto 2 o anche per il sub lotto 1.

Inoltre si chiede se anche la strumentazione di back up oppure la strumentazione con cadenza analitica di almeno 30 test/ora debba comunque dover utilizzare i medesimi rack del contaglobuli.

RISPOSTA N. 8

Si conferma, per il lotto 65 sia per il sub lotto 1 che per il sub lotto 2 l'utilizzo dei medesimi rack del contaglobuli.

Non è richiesto l'utilizzo dei medesimi rack del contaglobuli per lo strumento di backup, nel sub lotto 2.

Inoltre, al fine di consentire massima partecipazione al lotto, si rettifica ulteriormente la griglia di valutazione relativa al sub lotto 1 riducendo da 10 a 7 i punti assegnati al primo parametro "Utilizzo di controllo di qualità interno su campioni di sangue a titolo noto, che permetta di verificare il sistema automatico di determinazione della VES" ed aggiungendo, nella griglia di valutazione, un altro ulteriore parametro per assegna fino a 3 punti per i controlli al lattice.