

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L'AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L'AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO.

Numero gara 5086980

CHIARIMENTI DEL 4.10.2013 (terza parte)

QUESITO N. 1

Per il lotto 90 si chiede conferma delle caratteristiche tecniche richieste.

RISPOSTA N. 1

Le caratteristiche presentate possono essere considerate equivalenti rispetto a quelle descritte nel capitolato, a condizione che venga soddisfatta anche la caratteristica "uso di materiale di consumo fornito sterile", presente nel capitolato di gara.

QUESITO N. 2

Per il Lotto n.47 sub lotto 2 si chiede di voler rivedere la seguente prescrizione tecnica "Sistema in grado di processare n. 25 vetrini per seduta".

RISPOSTA N. 2 : "Il numero di vetrini processabili contemporaneamente non può essere rivisto .Tale richiesta deriva da un'analisi effettuata ponendo come fattore limitante non il numero di referti da produrre (5050)> ma la quantità di pozzetti, da utilizzare e di vetrini da processare. Bisogna considerare diversi fattori : numero referi indicati ,numero di sedute settimanali, utilizzo dei controlli interni positivo e negativo ,ulteriori pozzetti richiesti per le ripetizioni e per le titolazioni considerando una positività circa del 1.5 % per ANA,ASMA,APCA,AMA e circa 8% per la Crithidia in base a questa analisi il numero dei vetrini e a processare varia da un minimo di 7 circa ad un massimo di circa 18-19%vetrini a seduta . Nell'analisi dell'esigenze del laboratorio bisogna considerare che le richieste dei test sono in aumento e che la fornitura sarà di durata quinquennale.

Si fa inoltre presente che il P.O.S.Elia è punto di riferimento per i test di autoimmunità anche per il P.O. di Mussomeli.

La strumentazione di back up è da considerarsi di riserva, in caso di guasto della strumentazione primaria non è previsto il suo utilizzo in routine, per cui potrebbe anche essere ricondizionata."

Inoltre tale caratteristica non preclude la partecipazione alla gara in quanto il capitolato prevede la possibilità di offrire uno o più strumenti.

QUESITO N. 3

Nel lotto 47 è richiesto come requisito minimo Monitor touch screen per l'utilizzo del software. Se ne da conferma?

RISPOSTA N. 3

Il requisito del Monitor touch screen è da ritenersi non vincolante.

QUESITO N. 4

Il Lotto n.3 sub lotto 2 , composto da vari raggruppamenti di prodotti non riporta per ciascuno dei prodotti un dettaglio delle quantità richieste, bensì in maniera generica un totale complessivo. Si chiede che venga fornito, per ciascuno di tali raggruppamenti, un dettaglio delle quantità richieste al fine di ottemperare alle richieste del disciplinare. "

RISPOSTA n. 4

si riporta qui di seguito la riformulazione del sub-lotto con le quantità dettagliate.

04-OCT-2013 08:57 From:0934559492

ID:App e Forniture

Page:003

R:90

Allegato 1/1

TERRENI COLTURA

C.1 Terreni di coltura comuni in piastre pronte all'uso da 90 mm

N.	Prodotto	quantità
1	Agar Sangue Columbia +5% di sangue di montone	2000
2	Agar Sangue Columbia CNA +5% di sangue di montone	3500
3	Agar Mac Conkey + cristalvioletto	3500
4	Agar Mannitolo (Chapman)	3500
5	Agar Mueller Hinton	500
6	Agar Mueller Hinton + 5% di sangue di montone	500
7	Agar Mueller Hinton Cioccolato	500
8	Agar SS	700
9	Agar Tripticasi Soia	700
10	Agar Tripticasi Soia +5% di sangue di montone	500
11	Agar Cioccolato + PolyVitex	700
12	Agar Cioccolato Haemophilus	100
13	Agar Sabouraud Gentamicina Cloramfenicolo	4000

C.2 Terreni di coltura particolari in piastre pronte all'uso da 90 mm.

N.	Prodotto	quantità
1	Agar Campyloset	100
2	Agar Clostridium difficile	100
3	Agar Gardnerella	300
4	Agar Legionella GVPC	100
5	Agar Legionella BCYE con L-cisteina	100
6	Agar Legionella BCYE senza L-cisteina	100
7	Agar pilori	100
8	Agar Palcam per Listeria	100
9	Agar Shaedler +5% di sangue di montone	100
10	Agar Shaedler Neomicina Vancomicina +5% di sangue di montone	100
11	Agar Shaedler CAN	100
12	Agar Yersinia CIN	300
13	Agar Brucella +5% sangue di cavallo	300
14	Agar Bordet Gengou	100
15	Agar Oxford	100
16	Agar Oxa Screen test	100

C.3 Terreni di coltura speciali in piastre pronte all'uso di dimensioni varie

N.	Prodotto	quantità
I	Agar cromogeno per identificazione di Candida	500
2	Agar cromogeno per identificazione di Streptococco beta emolitico di gruppo B	1000
3	Agar selettivo per Burkholderia cepacia	100
4	Agar cromogeno per identificazione di salmonella	500
5	Agar cromogeno per identificazione di germi urinari comuni	5000
6	Agar cromogeno per l'identificazione dello Stafilococco aureo	100

allegato 1/3

C.4 Terreni di coltura comuni in provette

N.	Prodotto	quantità
1	Brodo Selenite	600
2	Brodo Tripticasi soia	600
6	Agar Lowenstein Jensen	500
7	Agar Lowenstein Jensen + TCH	100
8	Agar Kligler	100
9	Loeffler	100

C.5 Terreni di coltura particolari in provette

N.	Prodotto	quantità
1	Agar DTA per dermatofiti	100
2	Kit per micobiogramma in provette	100
3	Middlebrook 7H11	100
4	Brodo selettivo per Trichomonas	200

C.6 Sistemi di incubazione per colture di germi difficili (n. 3 giare)

N.	Prodotto	
1	Giara in polycarbonato trasparente per circa 10 piastre da 90 mm	3

C.7 Sistemi di incubazione monouso e sistemi per atmosfera controllata

N.	Prodotto	quantità
1	[Buste per anaerobiosi con generatori e chiusure	100
2	[Buste per microaerofilia con generatori e chiusure	100
3	[Busto per CO ₂ con generatori e chiusure	100
4	[Generatori per anaerobiosi	100
5	Generatori per microaerofilia	100
6	[Generatori per CO ₂	100
7	[indicatori di anaerobiosi	100
8	[Dispositivi di chiusura	100

C. 8 Sistemi di trasporto

	Prodotto	quantità
1	Agar di trasporto per prelievo su tampone + tampone	100
2	Agar di trasporto per prelievo su tampone senza tampone	100
3	Flacone per prelievo di liquidi (effettuati con siringa)	50
4	Agar per prelievo in ambiente sterile + tampone	50
5	(Terreno di trasporto per prelievi da biopsia	50

C.9 Prodotti vari per identificazione batterie» e virale

N.	[Prodotto	
1	(Kit completo per la coltura, conta, identificazione e antibiogramma dei micoplasmi urogenitali	500
2	[Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione di S. Aureus	100
3	[Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione di S. Aureus MRSA	100
4	[Test di agglutinazione al lattice per la tipizzazione degli Streptococchi b emolitici gruppi A,B,C,D,F,G	100
5	(Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione di Streptococcus pneumonite	100

allegato 1/5**C.10 Trattamento campioni per circa 100 test**

N.	Prodotto
1	Fluidificante e decontaminante per espettorato kit completo
2	L- cisterna
3	Soluzione tamponata sterile di cloruro di benzalconio
5	Tampono fosfato M/15
6	Soluzione sterile di albumina all 0,2%

Il Responsabile Unico del Procedimento