

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L’AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L’AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L’AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L’AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO.

Numero gara 5086980

CHIARIMENTI DEL 10.10.2013 (parte seconda)

SI PUBBLICA ORA UN CHIARIMENTO RELATIVO AL LOTTO 55 ERRONEAMENTE NON PUBBLICATO IN PRECEDENZA.

QUESITO

In riferimento al lotto 55 si chiede se per assenza di interferenze da Maltosio e Galattosio si intenda assenza per valori molto bassi o quelli all’interno del range di concentrazioni terapeutiche/fisiologiche come descritte dal Clinical Lab Standard Institute (CLSI).

RISPOSTA

Si può ritenere valido il criterio di attenersi a quanto deliberato dall'organismo di controllo.

Resta a tutt’ora da riscontrare un solo quesito relativo al lotto 103.

IL RUP