

PROCEDURA APERTA CONSORZIATA DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N. 163/2006 E S.M.I. PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, PER 5 ANNI, IN FULL SERVICE, SUDDIVISO IN N. 111 LOTTI, DI SISTEMI DIAGNOSTICI DI LABORATORIO PER L'AZIENDA OSPEDALIERA VILLA SOFIA CERVELLO, PER L'AZIENDA SANITARIA DI CALTANISSETTA, PER L'AZIENDA ARNAS CIVICO DI PALERMO E PER L'AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA POLICLINICO DI PALERMO.

Numero gara 5086980

CHIARIMENTI DEL 11.10.2013

QUESITO N. 1

In riferimento al lotto 103 si chiede di precisare se possa ritenersi equivalente, e dunque conforme alle richieste di capitolato, uno strumento che utilizza una tecnica di immersione che prevede l'inserimento dei vetri in specifici racks, da 10 posizioni, che non vengono mai completamente immersi nel reagente, consentendo una significativa riduzione del consumo di reagenti. Detto strumento non registra direttamente i numeri di lotto dei reagenti caricati ma prevede una funzione di controllo sui tempi di utilizzo di un reattivo ed informa l'utente su quando effettuare la sostituzione con specifico allarme.

RISPOSTA N. 1

Quanto proposto appare condivisibile e dunque sistema equivalente alle prescrizioni di CSA.

SI COMUNICA CHE SONO STATI FORNITI TUTTI I CHIARIMENTI RICHIESTI.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dr.ssa Lupo Antonina