



**Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA – CERVELLO**

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 – 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827

Unità Operativa Complessa Appalti e Forniture

Tel. 091.7808763 Fax. 091.7808394

OGGETTO: CHIARIMENTI - Procedura negoziata per l'acquisto di n. 1 defibrillatore e di n. 1 elettrocardiografo – CIG 5413919B48

Facendo seguito alla nota del 28.11.2013 della società 3CMED, in riferimento alla gara di cui in oggetto, si fa seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti:

- L'energia di defibrillazione deve essere superiore a 270J anche in modalità semiautomatica? – L'energia di defibrillazione deve essere 360J anche in modalità semiautomatica.
- L'impulso dello Stimolatore Trans-Toracico deve avere un intensità superiore a 150 mA? - L'impulso dello Stimolatore Trans-Toracico deve avere un intensità da 150 mA circa.
- Il carica batterie esterno e le quattro batterie devono essere provviste di indicatore di livello di carica? – Il carica batterie esterno e le quattro batterie devono essere provviste di indicatore di livello di carica.
- Anche il Bluetooth è un refuso di stampa? Il Bluetooth è un refuso di stampa

Il Responsabile U.O.C
Approvvigionamenti
(Dott.ssa A.Lupo)