

“Procedura negoziata per un fabbisogno quadrimestrale di materiale specialistico per oculistica” Prot.0009942/5 del 18/03/2014

- 1) Il listino prezzi da inserire nella busta “Doc. amministrativa” deve riportare l’indicazione dei prezzi o i prezzi devono essere oscurati?
- 1) I prezzi da listino non devono essere oscurati poiché non sono i prezzi che poi verranno offerti
- 2) Può allegarsi l’estratto del listino ufficiale, relativo alla gamma dei prodotti di pari tipologia di quelli oggetto di gara?
- 2)l’estratto del listino deve essere relativo alla gamma dei prodotti offerti
- 3) Si chiede di precisare se nel caso di partecipazione a più lotti la documentazione tecnica deve essere contenuta in singola busta, una per ciascun lotto.
- 3) Ogni busta deve contenere un singolo lotto
- 4) L’informativa ai sensi dell’Art. 13 del D.lgs. 196/2003 deve essere inserita, controfirmata per accettazione dal Legale Rappresentante, nella busta “Doc. amministrativa”?
- 5) Sì
- 6) Si chiede di poter posticipare alla data del 14/04/2014 la scadenza per la presentazione dei campioni relativi ai lotti 17-18-19-20 e di poter presentare campionatura NON sterile. Questo perchè trattasi di kit personalizzati la cui produzione sterile necessita di 5 settimane e per la produzione non sterile 2 settimane.
- 6) Siamo spiacenti di non potere accettare tale richiesta poiché l’U.O. di oculistica ha urgenza di acquisire il materiale di gara . Pertanto possiamo accettare ,per venire incontro alle Vs esigenze solo campioni non sterili ma alla data di scadenza già stabilita
- 7) LOTTO 1 Il Polimetilmetacrilato (PMMA) è per sua natura un materiale rigido che non può essere piegato, né tanto meno iniettato.
- 7) La dizione PMMA è un refuso di stampa per cui deve intendersi “acrilico idrofobo”
- 8) LOTTO 21 Vengono richieste fiale sterili monouso e successivamente si specifica in “siringa sterile da 1.1 ml”In questo caso, il tipo di confezionamento deve essere indicato in modo univoco: fiale o siringhe.
- 8) fiale