

CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA PER ANNI DUE ,SUDDIVISA IN 42 LOTTI PER LA FORNITURA DI MATERIALE SPECIALISTICO DI OCULISTICA PER L'AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI "VILLA SOFIA CERVELLO" PUBBLICATA SULLA G.U.U.E. IN DATA 27.02.2014 E SULLA G.U.R.S. PARTE II E III nr.10 DEL 07.03.2014

QUESITO N.1

1) E' possibile presentare offerta per delle voci di un lotto?

1) No. Il lotto è indivisibile pertanto l'offerta deve essere presentata a lotto intero.

2) Sui lotti 35/36/37/38/ i flaconi di BSS possono essere di range superiore a 20ml?

2) si

3) Il fatturato globale dell'impresa a quali anni si riferisce?

3) agli ultimi tre anni

4) Lotto 35:

- **Il telo copri paziente è 150x200 o 150x240?**
- **La cannula di idrodissezione quanti gauge è?**
- **Il crescent Knife è bevel up o dual bevel?**
- **Il bisturi 2,75 mm è bevel up o dual bevel**

4) il telo copri paziente può essere sia da 150 x 200 che da 150 x 240

La cannula idrodissezione è di 25 gauge

Il crescent knife è bevel up

Il bisturi è dual bevel

5) In caso di partecipazione a più lotti , il deposito cauzionale provvisorio può essere cumulativo pari al 2% della somma degli importi posti a base d'asta per tutti i lotti per i quali la Ditta intende partecipare?

5) Sì

6) Il disciplinare di gara all'art 18 lett.a parla di "modello generato dal sistema"

6) Con la dicitura "modello generato dal sistema" si intende i nostri modelli allegati compilati in tutte le loro parti

7) Il dettaglio economico non è presente tra gli allegati di gara

7) Il dettaglio economico si trova nell'allegato H, schema di offerta che deve avere, come da modello, il dettaglio prezzi che andrà inserito solo nell'offerta economica busta n. 3 relativa ad ogni lotto

8) Nel caso di partecipazione a più lotti è necessario presentare l'offerta economica in separate buste?

8) Assolutamente sì. Le buste delle offerte economiche devono essere tante quanto i lotti a cui si partecipa. Ogni busta dell'offerta economica deve contenere l'offerta di un singolo lotto.

9) Il deposito cauzionale provvisorio deve essere pari al 2% dell'importo annuale posto a base d'asta per i lotti i quali si presenta offerta, o pari al 2% dell'importo biennale ?

9) Pari al 2% dell'importo a base d'asta biennale

10 Si chiede di confermare se la percentuale di sconto di cui al punto d) pag. 9 del disciplinare di gara si riferisce alla percentuale di sconto sul prezzo di listino del singolo prodotto offerto

10 La percentuale di sconto si riferisce alla percentuale di sconto dei prodotti offerti

11 Si può allegare all'offerta economica l'estratto del listino prezzi relativo alla sola categoria merceologica dei prodotti a cui si partecipa?

11 sì

12 E' necessario indicare una percentuale di sconto sull'estratto di listino allegato per i prodotti non oggetto di offerta da mantenere per l'intero periodo contrattuale?

12 no

13 L'allegato M "Gap" e l'allegato N "Dichiarazione ai fini dell'eventuale accesso agli atti devono essere inseriti nella busta n.1 Documentazione Amministrativa?"

13 Sì

14 L'Allegato L deve essere firmato dal Legale Rappresentante?

14 Sì

15 La campionatura sarebbe solo per i lotti 35/36/37/38/?

15 Sì, deve essere consegnata insieme alle offerte in Viale Strasburgo 233 Palermo

16) LOTTO 1 Il Polimetilmetacrilato (PMMA) è per sua natura un materiale rigido che non può essere piegato, né tanto meno iniettato.

16) La dizione PMMA è un refuso di stampa per cui deve intendersi "acrilico idrofobo"

17) LOTTO 21 Vengono richieste fiale sterili monouso e successivamente si specifica in "siringa sterile da 1.1 ml" In questo caso, il tipo di confezionamento deve essere indicato in modo univoco: fiale o siringhe.

17) fiale

18 con la presente vorremmo sapere se per quanto riguarda la certificazione ISO richiesta nel capitolato, dobbiamo inserire quella delle aziende produttrici oppure quella dei rivenditori?

18 Entrambe