



**Azienda Ospedaliera
OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA ó CERVELLO**

Legge Regionale n.5 del 14/04/2009

Sede Legale Viale Strasburgo n.233 ó 90146 Palermo. Tel 0917801111 - P.I.
05841780827

Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti

Tel. 091.7808725 Fax. 091.7808394

Oggetto: RDO per l'acquisto di n. 2 Set per chirurgia laparoscopica, in dotazione alla U.O. di Ginecologia e Ostetricia P.O. Cervello.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, mediante RDO su piattaforma Consip, ai sensi del D.lgs 163/2006, per l'acquisto di **Set per chirurgia laparoscopica per l'U.O. di Ginecologia ed Ostetricia P.O. Cervello dell'Azienda** per un importo complessivo a base d'asta di **€ 40.000,00** escluso IVA, come di seguito descritto con le seguenti caratteristiche:

SET numero 1 base d'asta € 20.000,00 CIG 5959116217

Trocar Poliuso:

Trocar pluriuso composto da: cannula filettata *realizzata* in acciaio, corpo del trocar *realizzato* in peek; valvole pluriuso in silicone autoclavabile a 134° con sistema di aggancio rapido; valvola a becco di flauto con riduttore universale 12-10-5 integrato. Mandrino piramidale realizzato in acciaio. Rubinetto d'insufflazione. Identificazione per codice colore, trocar risterilizzabili a 134°.

N° 03 Trocar 05mm lunghezza 110 mm senza valvola di riduzione

N° 01 Trocar di Hasson lunghezza 110mm completo di mandrino smusso, cono di stabilizzazione e cannula liscia

N° 01 Trocar 010mm lunghezza 110 mm

N° 02 Portaghi poliuso 05mm.

Impugnatura a pigna, che consenta la rotazione del sistema con estrema semplicità.

Impugnatura dotata di cremagliera disattivabile in due sole posizioni: aperto/chiuso per una presa ottimale.

L'impugnatura realizzata in PEEK, morso "Durogrip" al Carburo Tungsteno con dispositivo di protezione dei sovraccarichi che consente una presa ottimale sia di aghi grossi che di aghi piccoli, ed evita che gli aghi una volta presi siano danneggiati o deformati.

N° 01 Morso curvo.

N°01 Morso Retto

Dotato di canale interno di lavaggio con attacco luer-lock.

Sterilizzabile a 134°, Lunghezza operativa 310mm.

Strumentario Bipolare 0 Smm.

N° 01 Dissettore Maryland bipolare poliuso 05mm, con sistema di smontaggio in almeno 4 pezzi e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.

L'impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).

Lo strumentario deve essere dotato di un tutore antiurto dei morsi.

Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF di piatto a due poli ed una lunghezza operativa di 310mm.

Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°

N° 01 Forbici Metzemaum bipolare poliuso 05mm, con sistema di smontaggio in almeno 4 pezzi e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.

L'impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).

Lo strumentario deve essere dotato di un tutore antiurto dei morsi.

Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF di piatto a due poli ed una lunghezza operativa di 310mm.

Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°

N° 04 Cavi di connessione bipolare per lo strumentario richiesto

Strumentario monopolare poliuso per chirurgia laparoscopica 0 Smm:

Strumentario poliuso per chirurgia laparoscopica monopolare, con sistema di smontaggio in 3 parti e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.

L'impugnatura ed il rivestimento di isolamento devono essere realizzati in PEEK: materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata.

Lo strumentario deve essere dotato del sistema di articolazione a scomparsa dei morsi per garantire il diametro costante dello strumento fin nella parte più distale.

L'impugnatura standard senza cremagliera.

Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF standard 4mm. ed una lunghezza operativa di 310mm.

Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°.

Marchio CE.

N° 02 Dissettore Maryland Fenestrato

N° 01 Forbice Metzemaum standard

N° 01 Dissettore Psalmon 90°

N° 02 Pinza da presa fenestrata corta

N° 01 Pinza da Presa Johann

N° 01 Pinza da presa endoclinch

N° 01 Pinza Satinsky con clamp da 38mm

N° 01 Pinza da uretere

Altro Strumentario poliuso per chirurgia laparoscopica:

Strumentario poliuso per chirurgia laparoscopica:

N° 01 Cannula di Irrigazione e Aspirazione con rubinetto a due vie lunghezza 330mm N° 01

Cannula per citologia con attacco luer-lock, lunghezza 330mm

N° 01 Ago di Verres 150mm

N° 01 Container per sterilizzazione in autoclave:

Fondo del contenitore in lega di alluminio trattata. Coperchio trasparente in polimero plastico Hi-Tech resistente agli urti, con guarnizione al silicone e dotato di barriera biologica utilizzabile senza sostituzioni per almeno 5000 cicli di sterilizzazione in autoclave. Doppio sistema rotativo di sostituzione delle barriere biologiche. Container dotato di alloggiamenti per piastre identificative,

etichette autoviranti; sistema di chiusura di sicurezza posto su entrambi i lati del container con viraggio dell'etichetta in caso di contaminazione del container, alloggio per sigilli di sicurezza.

N° 02 maniglie di trasporto, ciascuna con i due punti di attacco al corpo del contenitore distanti oltre 15cm per garantire un buon equilibrio in fase di trasporto.

Dotato di rastrelliera per lo stoccaggio in grado di mantenere fissati, tramite appositi supporti in silicone autoclavabile, n° 15 strumenti laparoscopici, e/o ottiche di vario calibro, completamente assemblati.

Realizzata in acciaio inox, smontabile in due pezzi per una perfetta igienizzazione, dotata di n°2 maniglie laterali per facilitarne lo spostamento

Conforme alle normative DIN EN 868-8.

Conforme alle Normative CE.

Misure nominali container 60 x 30 x 20cm

SET numero 2 Base data p 20.000,00 CIG 59591584BF

Trocar Poliuso:

Trocar pluriuso composto da: cannula filettata realizzata in acciaio, corpo del trocar realizzato in peek; valvole pluriuso in silicone autoclavabile a 134° con sistema di aggancio rapido; valvola a becco di flauto con riduttore universale 12-10-5 integrato. Mandrino piramidale realizzato in acciaio. Rubinetto d'insufflazione. Identificazione per codice colore, trocar risterilizzabili a 134°. N° 03 Trocar 05mm lunghezza 110 mm senza valvola di riduzione

N° 01 Trocar di Hasson lunghezza 110mm completo di mandrino smusso, cono di stabilizzazione e cannula liscia

N° 01 Trocar 010mm lunghezza 110 mm

Strumentario Bipolare 0 5mm.

N° 01 Dissettore Maryland bipolare poliuso 05mm, con sistema di smontaggio in almeno 4 pezzi e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione. L'impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).

Lo strumentario deve essere dotato di un tutore antiurto dei morsi.

Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF di piatto a due poli ed una lunghezza operativa di 310mm.

Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°

N° 01 Forbici Metzbaum bipolare poliuso 05mm, con sistema di smontaggio in almeno 4 pezzi e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.

L'impugnatura ed i tubi di isolamento devono essere realizzati in materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata (peek).

Lo strumentario deve essere dotato di un tutore antiurto dei morsi.

Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF di piatto a due poli ed una lunghezza operativa di 310mm.

Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°

N° 04 Cavi di connessione bipolare per lo strumentario richiesto

Strumentario monopolare poliuso per chirurgia laparoscopica 0 5mm:

Strumentario poliuso per chirurgia laparoscopica monopolare, con sistema di smontaggio in 3 parti e assemblaggio privo di filettature attraverso un unico punto di connessione ed un'unica operazione.

L'impugnatura ed il rivestimento di isolamento devono essere realizzati in PEEK: materiale plastico rigido, ad alta stabilità dimensionale, privo di porosità, termostabile, ad alta capacità di isolamento e con biocompatibilità certificata. Lo strumentario deve essere dotato del sistema di articolazione a scomparsa dei morsi per garantire il

,metro costante dello strumento fin nella parte più distale.
L'impugnatura standard senza cremagliera.
Tutti gli strumenti devono essere rotanti a 360°, avere le connessioni HF standard 4mm, ed una lunghezza operativa di 31 Omm. Tutti gli strumenti devono essere autoclavabili a 134°. Marchio CE.

N° 02 Dissettore Maryland Fenestrato

N° 01 Forbice Metzemaum standard

N° 02 Pinza da presa fenestrata corta

N° 01 Pinza da Presa Johann

N° 01 Pinza da presa tipo tenaculum

Altro Strumentario poliuso per chirurgia laparoscopica:

Strumentario poliuso per chirurgia laparoscopica:

N° 01 Cannula di Irrigazione e Aspirazione con rubinetto a due vie lunghezza 330mm N°

01 Cannula per "punzione" con attacco luer-lock, lunghezza 330 mm N° 01 Cannula per "citologia" con attacco luer-lock, lunghezza 330 mm

N° 01 Strumento per la fissazione dei miomi, diametro 5 mm, lunghezza 310 mm

N° 01 Ago di Verres ISOmm

N° 01 Container per sterilizzazione in autoclave:

Fondo del contenitore in lega di alluminio trattata. Coperchio trasparente in polimero plastico Hi-Tech resistente agli urti, con guarnizione al silicone e dotato di barriera biologica utilizzabile senza sostituzioni per almeno 5000 cicli di sterilizzazione in autoclave. Doppio sistema rotativo di sostituzione delle barriere biologiche. Container dotato di alloggiamenti per piastre identificative, etichette autoviranti; sistema di chiusura di sicurezza posto su entrambi i lati del container con viraggio dell'etichetta in caso di contaminazione del container, alloggio per sigilli di sicurezza,

N° 02 maniglie di trasporto, ciascuna con i due punti di attacco al corpo del contenitore distanti oltre

15cm per garantire un buon equilibrio in fase di trasporto.

Dotato di rastrelliera per lo stoccaggio in grado di mantenere fissati, tramite appositi supporti in silicone autoclavabile, n° 15 strumenti laparoscopici, e/o ottiche di vario calibro, completamente assemblati.

Realizzata in acciaio inox, smontabile in due pezzi per una perfetta igienizzazione, dotata di n°2 maniglie laterali per facilitarne lo spostamento

Conforme alle normative DIN EN 868-8.

Conforme alle Normative CE.

Misure nominali container 60 x 30 x 20cm

Qualora la descrizione di qualcuno dei prodotti messi a gara dovesse individuare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, un marchio o un brevetto determinato, un tipo o un'origine o una produzione specifica che avrebbero come effetto di favorire o eliminare talune imprese o prodotti detta indicazione deve intendersi integrata dalla menzione **o equivalente**.

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

I quantitativi sopra indicati non impegnano l'Ente, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Ente secondo le proprie necessità.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 ó 1° comma del Codice Civile in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere la Ditta fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

A tal fine si invita codesta Ditta a partecipare alla procedura negoziata per la fornitura in oggetto.

La procedura negoziata è regolata dalla normativa vigente e nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito.

I beni devono essere consegnati presso il magazzino economale dell'**Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello ó come indicato nell'ordine** entro 10 giorni dal ricevimento dell'ordine, per corrispondenza o per fax, salvo concordato diversamente.

All'atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo dall'incaricato dell'Azienda.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

I prodotti, al momento della consegna, dovranno avere una validità di almeno 2/3 della validità complessiva, in caso contrario la consegna potrà essere rifiutata e sarà l'impresa aggiudicataria farsi carico del ritiro e della sostituzione.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge ed in particolare la data di scadenza.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica.

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici e la corretta conservazione, consegnati con mezzi di trasporto idonei a garantire che i prodotti siano conservati a temperatura ambiente o congelata e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il magazzino Farmacia dell'Azienda, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

Ogni confezione dovrà contenere le istruzioni, redatte in lingua italiana, per l'utilizzo del prodotto, le modalità di conservazione, le indicazioni circa la stabilità del materiale e le indicazioni per il controllo di qualità.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del Magazzino dell'Azienda l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, o che consegnandola di qualità non conforme a quella stabilita e invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. L'Azienda si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della gestione della fornitura.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento della fornitura, l'Azienda si riserva di applicare, in contraddittorio con l'impresa aggiudicataria, le penali di seguito indicate, previa contestazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza.

L'Azienda, oltre all'applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 20 (venti); trascorso detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dalla ditta inadempiente, e ne sarà data comunicazione al fornitore con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

L'aggiudicazione avverrà per l'intera fornitura a favore dell'impresa che ha presentato il prezzo più basso, ai sensi dell'art.82 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., pertanto non saranno accettate offerte pari o superiori alla base d'asta, previa valutazione della conformità ed idoneità del prodotto offerto, con quanto richiesto, nella presente lettera d'invito, da ricavarsi dalla campionatura e dalle schede tecniche.

Si richiede, per la partecipazione alla presente procedura di acquisto, la documentazione indicata in Allegato A (documentazione tecnica).

Si richiede, altresì, l'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostituita o aggiuntiva ad offerta precedente.

Le offerte redatte in modo imperfetto, o contenenti comunque condizioni aleatorie e/o indeterminate non verranno accettate e saranno considerate nulle.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l'Azienda Ospedaliera destinataria e di tutti gli oneri fiscali esclusa I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

All'impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara, per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

L'importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi corretta prassi commerciale nel settore, ai sensi dell'Art. 7 del citato D.Lgs. n.231/2002, i pagamenti per le forniture effettuate verranno eseguiti a 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

Tale termine resta interrotto qualora l'Azienda Ospedaliera chieda chiarimenti.

Si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° ed il 15° giorno del mese stesso, il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall'art.5 del D.Lgs 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di un punto percentuale.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO ó PALERMO ó Viale Strasburgo n°233 ó 90146 PALERMO P.I. 05841780827.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto e deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d'ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell'ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine;
- ◆ riportare il numero del CIG.

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda.

La gara sarà ritenuta valida anche nel caso sia presentata una sola offerta.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) della presente procedura è la D.ssa Antonina Lupo.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'Unità Operativa Appalti e Forniture dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" (ó tel. 091.7808749 Sig.ra Elga Furnari) .

Distinti saluti.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O.C. APPROVVIGIONAMENTI
F.TO (Dott. A. LUPO)