



Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo

Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. SERVIZIO TECNICO

Tel 0917808391 - Fax 0917541737

Prot. n. 3466/ST

Palermo, li 17 NOV 2014

Alla Ditta _____

Fax _____

Oggetto: Indagine di mercato per un Angiografo digitale mobile.

Questa Azienda sta verificando l'esistenza sul mercato di ditte che commercializzano un apparecchiatura angiografica digitale mobile prevalentemente dedicata ad **applicazioni cardiologiche e chirurgiche**, al fine di attivare eventuale apposita procedura concorsuale.

Le caratteristiche minime sono le seguenti:

- generatore da almeno 25 KW;
- detettore digitale Flat Panel di almeno 30 x 30;
- tempi di scopia superiore a 2 h per procedure di emodinamica ed elettrofisiologia;
- documentati ed efficienti strumenti di riduzione della dose.

Si inviata a manifestare l'interesse inoltrando:

1. Scheda tecnica dettagliata dell'apparecchiatura che si ritiene soddisfi le caratteristiche richieste. Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni.
2. Costo dell'apparecchiatura. Nel preventivo di spesa dovranno essere indicati distintamente il costo del trasporto e installazione, l'aliquota IVA, la tempistica di intervento, la tempistica di consegna, l'eventuale riscatto al termine del noleggio e le condizioni di garanzia e di assistenza full risk, comprensiva di eventuali consumabili (batterie, etc.).

Si prega di rispondere al seguente avviso, se interessati, entro il giorno 30.11.2014 .

Trattandosi di mera indagine di mercato, la stazione appaltante si riserva inoltre, nella fase di verifica dell'istanza, di richiedere alle ditte interessate eventuali integrazioni o chiarimenti documentali, senza che ciò possa essere ritenuto lesivo del principio di imparzialità;

Il presente avviso non costituisce vincolo per l'amministrazione scrivente nei confronti dei candidati. Pertanto l'Azienda si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato senza che i candidati possano vantare alcuna pretesa a qualsiasi titolo.

Per eventuali chiarimenti, informazioni è possibile contattare il dott. Saverio Intravaia 0917808959

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet istituzionale dell'Azienda www.ospedaliriunitipalermo.it .

Il Dirigente/Ingegnere
Ing. Antonino Marsala