



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Approvvigionamenti
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Palermo li 27/02/2015

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Oggetto: RDO pubblicate su consip n. 755508,759853,759978

Si comunica che sul portale www.acquistinretepa.it di Consip sono state pubblicate le seguenti RDO:

RDO N. 755508: n. 20 Kit filtrazione midollo osseo con le seguenti caratteristiche tecniche: kit singola confezione sterile, composto da una sacca di raccolta da 1000 ml, munita di filtro da 850 micron, due filtri rispettivamente da 500 e 200 micron, due sacche transfer di 600 e 2000 ml;

RDO N. 759853:

CIG 6150412889

Congelatore verticale con le seguenti caratteristiche tecniche:

- Campo di temperatura: da $\pm 40^{\circ}$ a $\pm 85^{\circ}$;
- Capacità: almeno 800 lt;
- Struttura portante in lamiera di acciaio fosfatata e verniciata a polveri epossidiche;
- Almeno 4 controportelli interni;
- Dotato di ripiani interni;
- 4 ruote piroettanti per agevolare lo spostamento del congelatore;
- Sistema anticondensa sulla cornice porta;
- Vasca interna completamente in acciaio inox;
- Circuito frigorifero funzionante con fluidi frigorigeni non vietati dal protocollo di Montreal e non contemplati come dannosi nella revisione di Londra;
- Sistema elettronico di regolazione e controllo a microprocessore;
- Pannello di comando ben visibile, di facile accesso e completo delle seguenti funzioni e/o segnalazioni:
 - Comandi per impostazione temperatura;
 - Comando per sistema di allarme elettronico;
 - Comando per impostazione sistema di allarme;
 - Indicazione temperatura interna;
 - Segnalazione presenza rete;
 - Segnalazione fase di raffreddamento;
 - Segnalazione porta aperta;

- Sistema di allarme elettronico, acustico e visivo, per:
 - Assenza energia elettrica;
 - Massima-minima temperatura interna;
 - Batteria fuori servizio;
 - Porta aperta;
 - Segnalazione per condensatore ostruito;
 - Provvisto di pulsante di test per lo stato di efficienza del sistema allarme;
 - Tracciabilità degli allarmi avvenuti e, successivamente, rientrati;
- L'apparecchiatura deve essere a norma CEI 66/5;

RDO N. 759978:

CIG 615061935D

– **N. 1 Dermatomo con le seguenti caratteristiche tecniche:**

Manipolo con centralina elettrica, il manipolo deve essere azionato da un comando manuale con sistema di sicurezza (posizione Safety) che evita la messa in moto accidentale durante la manipolazione. Il sistema di manipolazione dello spessore dei tagli deve essere da 0 a 0,76 mm. con incrementi da 0,05 mm. corrispondenti ad una tacca della graduazione riportata nell'apparecchio, permettendo così con estrema facilità la precisione del taglio. Completo di quattro placche da 2.5 cm-5 cm-7.5 cm-10 cm. L'apparecchio si deve lavare senza doverlo smontare completamente e non deve richiedere lubrificazioni.

– **N. 200 lame.**

Il Responsabile
Dell'U.O.C. Approvvigionamenti
F.TO Antonina Lupo