

CHIARIMENTI DEL 28 APRILE 2015

1) in riferimento alla procedura di cui in oggetto, con la presente siamo a richiedere cortesemente i seguenti chiarimenti:

LOTTO 46 - lotto unico alcune voci risultano essere caratteristiche uniche ed in particolare:

Tappo delle sonde con codice colore

Lunghezza sonde naso gastriche da 75cm

Misura richiesta CH12 sia da 75 che da 125cm, questa misura è considerata una misura adulti non dotata della stessa tipologia di connessione

Quindi Vi chiediamo nel rispetto dell'art. 68 del D.Lgs. n. 163/2006, che impone l'obbligo di specifiche tecniche di definizione dell'oggetto di gara, tali da "consentire pari accesso agli offerenti" e che non possano "comportare la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura dei contratti pubblici alla concorrenza", di avere un riscontro positivo a quanto su segnalato.

- Relativamente ai tappi per siringhe di colore viola per protezione della soluzione in attesa della somministrazione 130.000pz, le nostre siringhe sono dotate di tappi già all'interno della confezione, dobbiamo quotare comunque tale voce?

Cannule di prelievo lunghezza 20cm: noi abbiamo questa lunghezza ma un solo calibro, cosa intendete per 2 e 3 mm? E' un refuso?

Visto che la voce 3mm non ha quantità?

E' motivo di esclusione presentare una sola voce?

- Pompa siringa specifica: si richiede quale misura di siringhe intendete adottare con qs pompa.

1) In merito al quesito riguardante il lotto 46 inviato il 20-04

Si comunico quanto segue:

- il tappo delle sonde con codice colore non è indispensabile ma è in

elemento di qualità del prodotto.

- Le sonde richieste da 75 cm son di una lunghezza intermedia , necessaria per

L'ampia gamma di pazienti che ricovera la Pediatria , dall'età neonatale all'adolescenza.

- La misura richiesta CH12 sia da 75 che da 125 cm si ritiene che debba essere dotata dello stesso tipo di connessione di sicurezza per pazienti pediatrici ma che per peso e statura son assimilabili ad un adulto.
- Il lotto va aggiudicato per intero non per singola voce

2) Lotto n. 25: serve sapere la marca ed il modello degli elettrodi attualmente utilizzati per meglio individuarne le caratteristiche tecniche.

2) Sensori e monitor in uso in Neonatologia ed in Pediatria: Eurotrade elettrodi per ECG e per monitor Drager (Infinity) elettrodi Kendal.

I monitor in uso sono Sinohero S90, Infinium Omni, BLT Anyview A5, Drager Infinity gamma e delta, Siemens SC 9000 xl

3) lotto 34 :

3)I monitor in uso sono i seguenti Sinohero S90, Infinium Omni, BLT Anyview A5, Drager Infinity gamma e delta, Siemens SC 9000 xl

L'attacco dei bracciali ad uno e due vie per alcuni monitor è ad innesto semplice (Drager) per altri con sistema a baionetta a scatto (Sinohero)