



Sede Legale  
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
 Settore Approvvigionamenti  
 Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo, 29/05/2015

**OGGETTO.:** comunicato RDO **Aghi e siringhe monouso**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Si comunica che sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di Consip è stata pubblicata la seguente RDO:

- **N. 854656**                      **Aghi e siringhe monouso**                      **SCADENZA 08/06/2015**

➤ **LOTTO 1) AGHI CIG 627650716E Base d'asta € 7.500,00**

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA' (pz)
<b>AGHI IPODERMICI CND A010101</b>		
<u>Caratteristiche:</u> Gli aghi ipodermici per siringa devono essere sterili, apirogeni, atossici, monouso, in acciaio inox, con cono e copriago di materiale plastico idoneo e conformi a quanto prescritto dalla F.U.. Latex free. L'ago deve avere un alto coefficiente di resistenza e deve essere saldamente fissato al bariletto; la punta dell'ago deve essere in triplice affilatura con cono di colore convenzionale secondo la misura. <u>Confezione</u> in scatole contenenti al massimo 100 unità.		
1	Aghi monouso sterili per insulina G25 - G26 - G27	50.000
2	Aghi monouso sterili G18 - G20 - G21 - G22 - G23	300.000
<b>AGHI A FARFALLA CND A010102</b>		
<u>Caratteristiche generali:</u> Gli aghi a farfalla devono essere sterili, monouso, siliconati, scorrevoli, atraumatici con punta a triplice affilatura e angolatura corta, cioè circa due volte il diametro esterno della cannula. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di arresto antiscivolo e di colore convenzionale. Il tubicino dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo, Latex free. <u>Confezione:</u> in involucri singoli, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali, termosaldati sui quattro lati e confezionati in scatole contenenti al massimo 100 unità.		
3	Aghi a farfalla monouso sterili G19 - G21 - G23 - G25 - G25 short-G27. Lunghezza tubo 30 cm circa (circa =+/- 10%)	10.000

➤ **LOTTO 2) SIRINGHE MONOUSO CIG. 6276519B52 Base d'asta € 150.000,00**

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA' (pz)
<p style="text-align: center;">1</p> <p><u>Caratteristiche:</u> Devono essere rispondenti alle vigenti disposizioni legislative relative all'autorizzazione, produzione, importazione e commercializzazione. Devono risultare conformi ai requisiti previsti dal D.Lgs. 46/97 e quindi in possesso della marcatura di conformità CE.</p> <p><u>Requisiti generali richiesti:</u> Le specifiche tecniche devono fare riferimento alla F.U. vigente ed ulteriori suoi aggiornamenti. Devono essere sterili, apirogene, monouso, in materiale plastico trasparente per uso medicale. Devono essere atossiche e chimicamente stabili: non devono pertanto cedere al loro contenuto sostanze tossiche, né determinare reazioni chimiche con i prodotti che possono contenere. Devono riportare sulla loro superficie esterna incisa o stampata una scala graduata chiara, resistente e naturalmente affidabile, per indicare il volume a seconda della posizione dello stantuffo. Per i tipi siliconati, deve essere dichiarata la quantità massima di silicone che non deve superare 0,25 mg/cm. Devono essere latex free.</p> <p><u>Confezioni:</u> ogni singola siringa con ago deve essere contenuta in un involucro termosaldato ermeticamente, capace di conservare nel tempo la sterilità e deve essere ben evidenziato il punto su cui praticare lo strappo per l'apertura. Etichetta: sulle confezioni e sui singoli involucri, che dovranno preferibilmente riportare la scritta "per uso ospedaliero", saranno espressi con caratteri indelebili, ben visibili ed in lingua italiana, tutti i dati necessari ad individuare il tipo ed il materiale contenuto, la quantità, la data di fabbricazione e la scadenza, il numero di registrazione ministeriale, il numero di LOTTO, il volume della siringa, il calibro dell'ago (se presente), il metodo di sterilizzazione, le modalità d'uso, marcatura CE, nome ed indirizzo del produttore.</p>		
<p><b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI CON AGO CND A020102010201</b></p>		
<p>Le siringhe da infusione ed irrigazione monouso cono luer tre pezzi con ago, oltre ai requisiti generali già indicati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: a) devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta); b) l'estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma latex free che garantisca la tenuta della siringa; c) l'ago deve essere innestato direttamente sulla siringa e protetto dal copriago in plastica, deve essere con cannula in acciaio inox, con punta a triplice affilatura atraumatica e con barileto di colore convenzionale; d) devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del pistone; e) il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro.</p>		
1	Siringhe sterili monouso <b>per tubercolina</b> - da 1 ml - ago 25/26G	5.000
2	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 2,5 ml - ago 22/23 G- a richiesta	300.000
3	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 5 ml - ago G22/23 G - a richiesta	600.000
4	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 10 ml - cono eccentrico - con ago 21G.	180.000
5	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 10 ml - cono centrale - con ago 22G	450.000
6	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 20 ml - cono eccentrico - con ago 21G	250.000
7	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 20 ml - cono centrale - con ago 21G	100.000
8	Siringhe sterili monouso <b>per insulina</b> - da 1 ml - ago 29/30G	5.000
9	Siringhe sterili monouso per insulina - da 1 ml - ago 27G	190.000
<p><b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER A TRE PEZZI SENZA AGO CND A020102020102</b></p>		

10	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 50 ml - cono eccentrico - senza ago	9000
<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO</b> CND A020102020102		
Le siringhe da infusione ed irrigazione monouso cono luer lock a tre pezzi senza ago, oltre ai requisiti generali già indicati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti specifici: a) devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta); b) l'estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma latex free, che garantisca la tenuta della siringa; c) devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del pistone; d) il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro.		
11	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 1 ml - cono luer-lock - senza ago.	10.000
12	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 2,5 - 3ml - cono luer -lock - senza ago.	10.000
13	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 5 ml - cono luer-lock - senza ago.	20.000
14	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 10 ml - cono luer-lock - senza ago.	20.000
15	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 20 ml - cono luer-lock - senza ago.	20.000
16	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 30 ml - cono luer-lock - senza ago.	10.000
17	Siringhe monouso sterili a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone - da 50/60ml - cono luer-lock - senza ago.	50.000
<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO CATETERE</b> CND A02010203		
18	Siringhe monouso sterili - da 50/60 ml - senza ago - cono catetere.	45.000
<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO SENZA CONO CON AGO FISSO</b> Le siringhe da infusione ed irrigazione monouso senza cono con ago fisso, oltre ai requisiti generali già indicati, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) devono essere costituite da tre pezzi (cilindro, pistone, anello di tenuta); b) l'estremità interna dello stantuffo deve essere munita di un anello di gomma latex free, che garantisca la tenuta della siringa; c) l'ago deve essere fissato direttamente al cilindro e protetto dal copriago in plastica, deve essere con cannula in acciaio inox, con punta a triplice affilatura atraumatica e con barileto di colore convenzionale; d) devono essere provviste di un sistema di blocco per evitare la fuoriuscita del pistone; e) il pistone spinto a fondo non deve lasciare liquido dentro il cilindro. CND A02010204		
19	Siringhe monouso sterili a tre pezzi <b>per insulina</b> - da 1 ml - ago 29/30 G senza spazio morto	50.000
20	Siringhe monouso sterili a tre pezzi <b>per insulina</b> - da 0,5 ml - ago 29/30G senza spazio morto	5.000

➤ **LOTTO 3) SIRINGHE PER FARMACI FOTOSENSIBILI CIG. 6276519B52 Base d'asta € 2.500,00**

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA' (pz)
<b>SIRINGHE DA INFUSIONE ED IRRIGAZIONE MONOUSO CON CONO LUER LOCK A TRE PEZZI SENZA AGO PER FARMACI FOTOSENSIBILI</b> CND A020102020102		

1	Siringhe monouso sterili, opache, a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone da 20/30ml - senza ago, cono luer lock, per farmaci fotosensibili.	5.000
2	Siringhe monouso sterili, opache, a tre pezzi: camicia, stantuffo, pistone da 50/60ml - senza ago, cono luer-lock, per farmaci fotosensibili.	5.000

Il Responsabile  
dell'U.O.C. Approvvigionamenti  
(F.to *D.ssa A. Lupo*)