



Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Tel 0917801111 - P.I. 05841780827 Settore Appalti e Forniture

Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Palermo 01/07/2015

OGGETTO: RDO PUBBLICATA SU CONSIP N. 882509

Si comunica che sul portale www.acquistinretepa.it di Consip è stata pubblicata la seguente RDO:

RDO n. 882509: Acquisto di n. 1 Termociclature in dotazione alla U.O. di Anatomia Patologica e precisamente:

CIG 6314947B1C

– **N. 1 Termociclature per l'esecuzione del PCR**

Caratteristiche minime termociclature :

- Blocco a 96 pozzetti, da usare con provette da 0,2 ml a parete sottile
- Coperchio riscaldato con una temperatura di 104°C per un funzionamento senza olio
- Range di temperatura del blocco da 4°C a 99°C
- Sistema basato sulla tecnologia peltier
- Uniformità della temperatura su tutti i pozzetti secondo standard NIST
- Velocità di riscaldamento/raffreddamento di 3,3°C /sec o superiore
- Accuratezza nel mantenimento della temperatura non superiore a +/- 0,25°C

- Possibilità di selezionare temperature di annealing diverse (azione gradient o equivalente)
- Funzione di auto restart per caduta di tensione
- Dotato di blocco per ibridazione in situ
- Dotato di BI ó Blocco per 48 microtubi da 0,2 ml (2x48 microtubi da 0,2 ml)

**Il Responsabile dell'U.O.C.
Appalti e Forniture**

(Dott.ssa Antonina Lupo)