



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 Settore Approvvigionamenti
 Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo, 23/07/2015

OGGETTO.: comunicato RDO **Aghi monouso**

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Si comunica che sul portale www.acquistinretepa.it di Consip è stata pubblicata la seguente RDO:

- N. **906176** **AGHI MONOUSO** **SCADENZA 06/08/2015**

➤ **LOTTO 1) AGHI IPODERMICI CIG.63317716B8 Base d'asta € 7.000,00**

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA' (pz)
AGHI IPODERMICI CND A010101		
<u>Caratteristiche:</u> Gli aghi ipodermici per siringa devono essere sterili, apirogeni, atossici, monouso, in acciaio inox, con cono e copriago di materiale plastico idoneo e conformi a quanto prescritto dalla F.U.. Latex free. L'ago deve avere un alto coefficiente di resistenza e deve essere saldamente fissato al bariletto; la punta dell'ago deve essere in triplice affilatura con cono di colore convenzionale secondo la misura. <u>Confezione</u> in scatole contenenti al massimo 100 unità.		
1	Aghi monouso sterili per insulina G25 - G26 - G27	50.000
2	Aghi monouso sterili G18 - G20 - G21 - G22 - G23	300.000

➤ **LOTTO 2) AGHI A FARFALLA CIG.6331781EF6 Base d'asta € 600,00**

AGHI A FARFALLA CND A010102		
<u>Caratteristiche generali:</u> Gli aghi a farfalla devono essere sterili, monouso, siliconati, scorrevoli, atraumatici con punta a triplice affilatura e angolatura corta, cioè circa due volte il diametro esterno della cannula. Le alette laterali devono essere flessibili, provviste di arresto antiscivolo e di colore convenzionale. Il tubicino dovrà essere trasparente, sottile, flessibile, non collabente alla torsione, con attacco luer-lock e munito di tappo a perfetta tenuta. Il dispositivo deve essere sterile, monouso, in materiale plastico idoneo, Latex free. <u>Confezione:</u> in involucri singoli, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali,		

termosaldati sui quattro lati e confezionati in scatole contenenti al massimo 100 unità.		
3	Aghi a farfalla monouso sterili G19 - G21 - G23 - G25 - G27. Lunghezza tubo 30 cm circa (circa =+/- 10%)	10.000

Il Responsabile
dell'U.O.C. Approvvigionamenti
(F.to *D.ssa A. Lupo*)