



Sede Legale  
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
 Settore Approvvigionamenti  
 Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo, 03/11/2015

**OGGETTO.: comunicato RDO AGHI PER BIOPSIA EPATICA**

**A TUTTE LE DITTE INTERESSATE**

Si comunica che sul portale [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it) di Consip è stata pubblicata la seguente RDO per un fabbisogno presunto di anni uno:

**N. 999401 AGHI PER BIOPSIA EPATICA SCADENZA 16/11/2015**

➤ **LOTTO UNICO AGHI PER BIOPSIA EPATICA TIPO BIOMOL  
 C.I.G. 6457143AF6 - base d'asta € 4.500,00**

VOCE	DESCRIZIONE	QUANTITA' (pz)
Gli aghi (tipo Biomol) devono essere per biopsia istologica con tecnica Menghini modificata. Diametri e misure variabili (nella fattispecie si richiedono aghi da 16 e 18 G con lunghezza 15 cm). Il dispositivo deve essere semiautomatico. Mandrino non estraibile a punta piramidale, solidale al pistone della siringa, con marker ecogeno interno. La siringa deve essere con cono LL e con sistema di blocco della depressione sul pistone, con molla in acciaio per la retrazione istantanea del mandrino con conseguente depressione sulla cannula. Gli aghi devono essere monouso, sterili ed apirogeni.		
2	Ago per biopsia epatica semiautomatico secondo tecnica Menghini 16 G (BM1615 o equivalente)	120
3	Ago per biopsia epatica semiautomatico secondo tecnica menghini 18 G (BM1815 o equivalente)	60

Il Responsabile  
 dell'U.O.C. Approvvigionamenti  
 (F.to *D.ssa A. Lupo*)