



Sede Legale
 Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
 Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
 Settore Approvvigionamenti
 Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo, 03/11/2015

OGGETTO.: comunicato RDO DRENAGGI CHIRURGICI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Si comunica che sul portale www.acquistinretepa.it di Consip è stata pubblicata la seguente RDO per un fabbisogno presunto di anni uno:

N. 1002204 DRENAGGI CHIRURGICI SCADENZA 16/11/2015

➤ **LOTTO 1) Drenaggi toracici e pleurici C.I.G. 6456813AA3 base d'asta € 8.000,00**

voce	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1.	Drenaggi toracici e pleurici: I drenaggi toracici e pleurici devono essere sterili, monouso, composti da: a) catetere in PVC, privo di ftalati, a punta chiusa, con fori laterali nella parte distale, dotati di adeguato tappo nella parte prossimale e tacche di misurazione, maggiormente ravvicinate nei primi cm. 15 del catetere; b) raccordo a tre vie, di cui una da collegarsi al catetere e le altre provviste di attacco luer-lock oppure di cono catetere standard. Misure richieste: da 28 a 36 CH	1.000

➤ **LOTTO 2) Sistemi di drenaggio a 3 camere C.I.G. 64568232E6 base d'asta € 8.500,00**

voce	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1.	Sistema per drenaggio pleurico a 3 camere costituito da: a) camera di raccolta dei liquidi drenati della capacità di circa lt. 2/2,5 e con una sola via di aspirazione; b) camera di tenuta ad acqua (superiore a 2 cm di H ₂ O); c) camera di raccolta dell'aspirazione. Il sistema in materiale plastico rigido, deve essere monopaziente, monouso, con la camera di raccolta dei liquidi di volume max di lt. 2,5 ed altezza massima di cm 25 oppure in alternativa per altezze superiori. Il sistema deve essere fornito di speciali accorgimenti tecnici che ne assicurino la perfetta ed assoluta stabilità accanto al letto del paziente. Il sistema deve essere munito di una maniglia di fissaggio e di trasporto, sistema anti-reflusso, tubo di collegamento, latex free, all'aspiratore, con raccordo di connessione anti-ingincchiamento, valvola di sicurezza per le pressioni positiva e negativa e di un foro di emergenza, valvola ad acqua per il controllo dell'aspirazione e valvola unidirezionale. Deve infine essere corredati da connettori, ganci di supporto, morsetto sul tubo paziente. In confezione singola, monouso, sterile.	50

➤ **LOTTO 3) Sistemi di drenaggio tipo Redon C.I.G.6456833B24 base d'asta € 12.000,00**

voce	DESCRIZIONE	QUANTITA'
1.	Sistema Redon con bottiglia in PVC sterile graduato munito di tubo di connessione con attacco Luer monouso.	6000

Il Responsabile
dell'U.O.C. Approvvigionamenti
(F.to *D.ssa A. Lupo*)