



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Approvvigionamenti
Tel. 091.7808312 Fax. 091.7808394

Oggetto: RDO per la fornitura di Ferri Chirurgici pluriuso per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare.

Numero Gara: 6321068.

A tutte le imprese interessate

E' intenzione di questa Amministrazione procedere, ai sensi del D.lgs 163/2006 e del regolamento aziendale, all'affidamento della fornitura di Ferri Chirurgici pluriuso di produzione Pilling, o equivalenti, per l'U.O.C. di Chirurgia Vascolare, così come di seguito descritto:

FERRI CHIRURGICI PLURIUSO DI PRODUZIONE PILLING, O EQUIVALENTI.

L'apposizione del codice per ogni prodotto è funzionale all'individuazione delle caratteristiche tecniche del prodotto stesso, per mettere gli operatori economici che volessero proporre offerta di prodotti equivalenti nelle condizioni di conoscere con esattezza quanto necessario.

1. LOTTO N. 1 – SET AORTA – Codice CIG: 6571284B18 - Importo a base d'asta € 21.000,00 oltre

iva:

- N. 2 pz. di Cooley Clamp retta 21,8 cm – morso angolato 10 x 4,5 cm – cod. PG356027;
- N. 1 pz. di Cherry Clamp sopraceliaca atr. 31,7 cm – cod. PG353539;
- N. 1 pz. di Debakey Clamp aneur. atr. punte 75 mm 263 mm – cod. PG353600;
- N. 1 pz. di Debakey Clamp aneurisma aortico 100 x 30 LL – cod. PG353605;
- N. 1 pz. di Zanger Clamp Aortica 24,8 cm Life Lok – cod. PG353596;
- N. 2 pz. di Debakey Clamp Aortica 18 cm angolata punte 30 mm – cod. PO352026;
- N. 1 pz. di Debakey Clamp esclu. Aort. 24 cm – cod. PO353002;
- N. 2 pz. di Cooley pinza clamp 16 cm – cod. PO353020;
- N. 1 pz. di Contropulsatore aortico conn 38,7 cm x 8 cm – cod. PG351715;
- N. 2 pz. di Portaghi Mayo-Hegar retto cm 14 – cod. PO151002;
- N. 1 pz. di O'Shaugnessy passafili curvo fino 20 cm – cod. PO231007;
- N. 1 pz. di O'Shaugnessy passafili curvo fino 30 cm – cod. PO231011;
- N. 1 pz. di Retrattore Ribbon 7/8 x 7 – cod. PG442288;

- N. 1 pz. di Mikulicz divaricatore c/m 85x35 mm 26 cm – cod. PO161092;
- N. 2 pz. di U.S Army set 2 divaricatori 215 mm x 15 mm – cod. PG164715;
- N. 1 pz. di Morris Retrattore 70 x 50 mm 24,5 cm – cod. GEOAX6955001;
- N. 1 pz. di Retrattore Deaver lama 2''(5 cm) – lunghezza 31,8 cm – cod. PG164132;
- N. 1 pz. di Retrattore Deaver lama 3''(7,5 cm) – lunghezza 30,5 cm – cod. PG164134;
- N. 1 pz. di Forbici bipolari, con plug circolare, lunghezza 180 mm – cod. MI145-002-018;
- N. 1 pz. di Mayo stille forbici curve 17 cm – cod. PO142223;
- N. 1 pz. di Forbici Mayo 15 cm lame curve – cod. GEOAA1711501;
- N. 1 pz. di Klikenberg forbici 18 cm – cod. PO143371;
- N. 1 pz. di Dubost forbici curve 23 cm – cod. PO143355;
- N. 1 pz. di Debakey forbici angolate 45 gradi 23 cm – cod. PO145903;
- N. 2 pz. di Debakey forbici angolate 60 gradi 18 cm – cod. PO145905;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione Brown-Resano 20,5 cm – cod. PO185051;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione Adson senza denti 15 cm morso 1,3 mm – cod. PO185109;
- N. 2 pz. di Debakey pinza atraumatica 3,5 mm 24 cm – cod. PO185808;
- N. 2 pz. di Debakey pinza atraumatica 3,5 mm 30 cm – cod. PO185809;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione c/denti 15,5 cm – cod. PO185011;
- N. 10 pz. di Bengolea pinza emostatica curva 24 cm - cod. PO181077;
- N. 1 pz. di Foerster pinza portatamponi retta 18 cm morsi zigrinati – cod. GEOAL2001801;
- N. 4 pz. di Pinza Kelly curva senza denti 14 cm – cod. PO181040;
- N. 4 pz. di Pinza Halstead curvo con denti 10 cm – cod. PO181049;
- N. 3 pz. di Pinza da presa Duval TC 20 cm – cod. PO184031;
- N. 6 pz. di Pinza Backhaus 12 cm – cod. PO121008;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 12 cm misura 3 – graduato (ex codice PO291030) – cod. POSWM3IG;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 13 cm misura 4 – graduato (ex codice PO291031) – cod. POSWM4IG;
- N. 1 pz. di Elevatore Freer endoarterectomia doppia punta 18 cm – cod. PG355194;
- N. 2 pz. di Ciotola acciaio 200 mm – 100 mm – 2 litri – cod. PG471013;
- N. 3 pz. di Spilla Porta-strumenti 12 cm – cod. PO291004;

Gli strumenti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche qualitative:

- Elevata resistenza ed elasticità del materiale di composizione per una tenuta del morso assolutamente atraumatico;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “autragrip” devono avere il sistema esclusivo AUTRAGRIP costituito da una singola fila di denti serrati incastrati in una fila doppia per una eccellente atraumaticità;
- Cremagliera che garantisce l’indispensabile controllo per il clampaggio dei vasi con passi prodotti in 1x7, 1x9, 1x11 che assicurino la compressione richiesta ed un movimento degli strumenti progressivo, sicuro e preciso;

- Lega utilizzata nella produzione degli strumenti in acciaio inox ad alta resistenza ed elasticità, ed altre leghe al titanio e carburo di tungsteno;
- Gli strumenti devono essere costruiti in acciaio martensitico 316L, mentre per gli strumenti taglienti e per i portaghi deve essere utilizzato una speciale lega al carburo di tungsteno che consente un migliore taglio e grippaggio degli aghi nei morsi;
- Gli strumenti devono presentare anche la satinatura della superficie esterna al fine di annullare l'effetto riflesso;
- I ferri contrassegnati con la dicitura "LL" o "LIFE-LOK" devono avere il sistema esclusivo LIFE-LOK per il fissaggio delle articolazioni ad incastro molto più robusto e duraturo dei sistemi a vite o similari. Sistema che evita pressioni o stress interni che causano solitamente microscopiche rotture che a loro volta portano alla rottura dello strumento.

2. LOTTO N. 2 – SET CAROTIDE - Codice CIG: 657129977A - Importo a base d'asta € 32.000,00

oltre iva:

- N. 1 pz. di Divaricatore Debakey Gelpi 12,7 cm – cod. PG165439;
- N. 1 pz. di Gelpi divaricatore standard cm 18 – cod. PG165440;
- N. 2 pz. di U.S Army set 2 divaricatori 215 mm x 15 mm – cod. PG164715;
- N. 1 pz. di Weitlaner divaric. 3 x 2 denti smuss 11,5 cm – cod. PG165358;
- N. 2 pz. di Farabeuf set 2 divaricatori 15,2 cm – cod. PG164700;
- N. 1 pz. di Parker-Mott divaricatore 147 mm – 25 x 63 mm – cod. PG164698;
- N. 1 pz. di O'Shaugnessy passafili curvo fino 20 cm – cod. PO231007;
- N. 1 pz. di O'Shaugnessy passafili curvo fino 14 cm – cod. PO231001;
- N. 2 pz. di Portaghi Mayo-Hegar retto cm 14 – cod. PO151002;
- N. 2 pz. di Crile-Wood P.Aghi liscio 16 x 1,8 mm TC 15cm – cod. PG152781;
- N. 1 pz. di Ryder portaghi 15 cm – morso 15 x 75 mm (7000 denti per inchq) – in titanio – cod. PG359095;
- N. 2 pz. di Portaghi Ryder extra fine – cod. PG354992;
- N. 1 pz. di Portaghi Finocchietto 13 cm – cod. PO151007;
- N. 1 pz. di Micro pinza per tessuti retta 15 cm ad anelli (I.D. 1,3 mm – O.D. 1,9 mm) – in titanio – cod. PG359039;
- N. 2 pz. di Pinza dissez. vascol. Debakey Atraugrip ultraleggera tungst. – cod. PG351820;
- N. 2 pz. di Debakey pinza retta 15 cm manico piatto morso 3 mm in titanio – cod. PG359027;
- N. 2 pz. di Debakey pinza retta 15 cm manico piatto morso 2 mm in titanio – cod. PG359021;
- N. 2 pz. di Debakey pinza retta 15 cm manico piatto morso 1,5 mm in titanio – cod. PG359024;
- N. 1 pz. di Tubo per aspirazione Santy 8-13 mm – cod. PO271002;
- N. 1 pz. di Santy tubo per aspirazione 5-9 mm 28 cm – cod. PO271001;
- N. 1 pz. di Cannula di aspirazione Frazier 19 cm diametro 2 mm (6FR) – cod. GEOAT1210601;
- N. 1 pz. di Ago Yankauer Eparina n. 1 – cod. PO271017;

- N. 1 pz. di Ago Yankauer Eparina n. 2 – cod. PO271018;
- N. 1 pz. di Ago Yankauer Eparina n. 3 – cod. PO271019;
- N. 2 pz. di Forbici Potts 23 mm 45° 18,4 cm – cod. PG352152;
- N. 2 pz. di Forbici Potts 22 mm 60° 17,7 cm – cod. PG352154;
- N. 1 pz. di Forbici Potts 60° 6 7/8”(17,4 cm), 10 mm blades – cod. PG352134;
- N. 2 pz. di Forbici Bonn per iridectomia 9 cm lame rette smusse – cod. GEOAA6400901;
- N. 2 pz. di Stevens Tenotomy forbici rette – lame smusse - 11 cm – cod. GEOAB3001101;
- N. 1 pz. di Forbici Mayo-Stille curve 15 cm - cod. PO142219;
- N. 2 pz. di Forbici Mayo 15 cm lame curve – cod. GEOAA1711501;
- N. 2 pz. di Forbici Medecin cm 14 rette – cod. PO101012;
- N. 2 pz. di Metzenbaum forbici curve autoaffilanti 17,7 cm – cod. PG463913;
- N. 2 pz. di Forbici Metzenbaum-Debakey cm 14,2 – cod. PG342160;
- N. 1 pz. di Elevatore Freer Endoarterectomia doppia punta 18 cm – cod. PG355194;
- N. 2 pz. di Dietrich Bulldog-Clamp retto 11,1 mm – cod. PG353151;
- N. 2 pz. di Dietrich Bulldog Clamps angolato 8 mm – cod. PG353153;
- N. 2 pz. di Debakey Bulldog retto morso 49 mm 10,9 cm – cod. PG353054;
- N. 2 pz. di Wood Bulldog Clamps angolato morso 20 mm – cod. PG353128;
- N. 1 pz. di Clamp Debakey ang. 30° cm 15,9 (atraugrip) (L.L.) – cod. PG354442;
- N. 1 pz. di Clamp Debakey ang. 45° cm 15,2 (atraugrip) (L.L.) – cod. PG354444;
- N. 1 pz. di Clamp vascolare Cleveland pediatrica sx cm 14,9 (atraugrip) (L.L.) – cod. PG353570;
- N. 1 pz. di Clamp vascolare Cleveland pediatrica dx cm 14,9 (atraugrip) (L.L.) – cod. PG353571;
- N. 2 pz. di Schwartz Micro-Bulldogs curva lieve – cod. PG353042;
- N. 1 pz. di Schwartz Clamp per Bulldog 19,3 cm LL – cod. PG353040;
- N. 2 pz. di Schwartz Micro-Bulldogs molto curvo 2,5 cm – cod. PG353043;
- N. 2 pz. di Pinza da dissezione Brown-Resano – cod. PO185051;
- N. 2 pz. di Pinza da dissezione Duval s/denti 13 cm – cod. PO185001;
- N. 2 pz. di Pinza da dissezione Adson s/denti 15 cm morso 1.3 mm – cod. PO185109;
- N. 2 pz. di Pinza da dissezione c/denti 15,5 cm – cod. PO185011;
- N. 6 pz. di Pinza Backhaus 12 cm – cod. PO121008;
- N. 6 pz. di Peers Pinza fermateli di carta morsi curvi 14,5 cm – cod. GEOAK2111401;
- N. 1 pz. di Foerster pinza portatamponi retta 18 cm morsi zigrinati – cod. GEOAL2001801;
- N. 4 pz. di Pinza Kelly Curva senza denti 14 cm – cod. PO181040;
- N. 4 pz. di Pinza Halstead curvo con denti 10 cm – cod. PO181049;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 12 cm misura 3 – graduato – cod. PO291030;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 13 cm misura 4 – graduato – cod. PO291031;
- N. 4 pz. di Spilla Porta-strumenti 12 cm – cod. PO291004;
- N. 2 pz. di Ciotola acciaio 200 mm – 100 mm – 2 litri – cod. PG471013;

Gli strumenti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche qualitative:

- Elevata resistenza ed elasticità del materiale di composizione per una tenuta del morso assolutamente atraumatico;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “autragrip” devono avere il sistema esclusivo AUTRAGRIP costituito da una singola fila di denti serrati incastrati in una fila doppia per una eccellente atraumaticità;
- Cremagliera che garantisce l’indispensabile controllo per il clampaggio dei vasi con passi prodotti in 1x7, 1x9, 1x11 che assicurino la compressione richiesta ed un movimento degli strumenti progressivo, sicuro e preciso;
- Lega utilizzata nella produzione degli strumenti in acciaio inox ad alta resistenza ed elasticità, ed altre leghe al titanio e carburo di tungsteno;
- Gli strumenti devono essere costruiti in acciaio martensitico 316L, mentre per gli strumenti taglienti e per i portaghi deve essere utilizzato una speciale lega al carburo di tungsteno che consente un migliore taglio e grippaggio degli aghi nei morsi;
- Gli strumenti devono presentare anche la satinatura della superficie esterna al fine di annullare l’effetto riflesso;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “LL” o “LIFE-LOK” devono avere il sistema esclusivo LIFE-LOK per il fissaggio delle articolazioni ad incastro molto più robusto e duraturo dei sistemi a vite o similari. Sistema che evita pressioni o stress interni che causano solitamente microscopiche rotture che a loro volta portano alla rottura dello strumento.

3. LOTTO N. 3 – SET PERIFERICO - Codice CIG: 657129977A - Importo a base d’asta € 30.000,00 oltre iva:

- N. 1 pz. di Santy tubo per aspirazione 5-9 mm 28 cm – cod. PO271001;
- N. 1 pz. di Ago Yankauer Eparina n. 1 – cod. PO271017;
- N. 1 pz. di Ago Yankauer Eparina n. 2 – cod. PO271018;
- N. 1 pz. di Ago Yankauer Eparina n. 3 – cod. PO271019;
- N. 1 pz. di Portaghi Ryder extra fine – cod. PG354992;
- N. 1 pz. di Crile-Wood P.Aghi liscio 16 x 1,8 mm TC 15 cm – cod. PG152781;
- N. 2 pz. di Mayo Hegar portaghi retto 14 cm – cod. PO151002;
- N. 1 pz. di Ryder portaghi 15 cm – morso 15 x 75 mm (7000 denti per inchq) – in titanio – cod. PG359095;
- N. 1 pz. di Portaghi Finocchietto 13 cm - cod. PO151007;
- N. 1 pz. di O’Shaughnessy passafili curvo fino 14 cm – cod. PO231001;
- N. 1 pz. di O’Shaughnessy passafili curvo fino 20 cm – cod. PO231007;
- N. 1 pz. di O’Shaughnessy passafili curvo fino 16 cm – cod. PO231003;
- N. 2 pz. di Forbici Potts 23 mm 45° 18,4 cm – cod. PG352152;
- N. 2 pz. di Forbici Potts 22 mm 60° 17,7 cm – cod. PG352154;
- N. 1 pz. di Forbici Potts 60° 6 7/8’’(17,4 cm), 10 mm blades – cod. PG352134;

- N. 2 pz. di Forbici Mayo 15 cm lame curve– cod. GEOAA1711501;
- N. 1 pz. di Forbici Mayo-Stille curve 15 cm - cod. PO142219;
- N. 2 pz. di Metzenbaum forbici curve auto affilanti 17,7 cm – cod. PG463913;
- N. 2 pz. di Forbici Metzenbaum-Debakey cm 14,2 – cod. PG342160;
- N. 1 pz. di Forbici Medecin cm 14 rette – cod. PO101012;
- N. 2 pz. di Pinza da dissezione Brown-Resano 20,5 cm – cod. PO185051;
- N. 2 pz. di Pinza da dissezione Duval s/denti 13 cm – cod. PO185001;
- N. 3 pz. di Pinza dissezione Adson senza denti 15 cm morso 1.3 mm – cod. PO185109;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione c/denti 15,5 cm – cod. PO185011;
- N. 6 pz. di Pinza Backhaus 12 cm – cod. PO121008;
- N. 6 pz. di Peers Pinza fermeteli di carta morsi curvi 14,5 cm – cod. GEOAK2111401;
- N. 1 pz. di Foerster pinza porta tamponi retta 18 cm morsi zigrinati – cod. GEOAL2001801;
- N. 2 pz. di Debakey pinza retta 15 cm manico piatto morso 3 mm in titanio – cod. PG359027;
- N. 4 pz. di Pinza Kelly Curva senza denti 14 cm – cod. PO181040;
- N. 2 pz. di Debakey-Bainbridge R Pza 18 cm Life Lok – cod. PG353562;
- N. 2 pz. di Debakey pinza retta 15 cm manico piatto morso 1,5 mm in titanio – cod. PG359024;
- N. 2 pz. di Debakey pinza retta 15 cm manico piatto morso 2 mm in titanio – cod. PG359021;
- N. 4 pz. di Pinza Halstead curvo con denti 10 cm – cod. PO181049;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 12 cm misura 3 – graduato (ex codice PO291030) – cod. POSWM3IG;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 13 cm misura 4 – graduato (ex codice PO291031) – cod. POSWM4IG;
- N. 2 pz. di Cooley Clamp retta 21,8 cm – morso angolato 10 x 4,5 cm – cod. PG356027;
- N. 2 pz. di Dietrich Bulldog-Clamp retto 11,1 mm – cod. PG353151;
- N. 2 pz. di Dietrich Bulldog Clamp angolato 8 mm – cod. PG353153;
- N. 2 pz. di Debakey Bulldog retto morso 49 mm 10,9 cm – cod. PG353054;
- N. 2 pz. di Wood Bulldog Clamps angolato morso 20 mm – cod. PG353128;
- N. 2 pz. di Debakey Clamp atraumatica 182 mm punte 65 mm – cremagliera 1 x 7 – innesto LifeLok – cod. PG353535;
- N. 1 pz. di Elevatore Freer Endoarterectomia doppia punta 18 cm – cod. PG355194;
- N. 2 pz. di U.S Army set 2 divaricatori 215 mm x 15 mm – cod. PG164715;
- N. 2 pz. di Farabeuf set 2 divaricatori 15,2 cm – cod. PG164700;
- N. 1 pz. di Weitlaner divaric 3 x 2 denti smuss 11.5 cm – cod. PG165358;
- N. 1 pz. di Weitlaner divaric 3 x 4 denti smuss 16.5 cm – cod. PG165362;
- N. 1 pz. di Weitlaner divaric 3 x 4 denti smuss 24,5 cm – cod. PG165366;
- N. 1 pz. di Gregory Clamp vascolare 14,8 cm – 5,7 cm – cod. PG353494;
- N. 1 pz. di Derra Clamp Anas. Atr. punte 15 mm 17,4 cm – cod. PG354135;
- N. 4 pz. di Spilla Porta-strumenti 12 cm – cod. PO291004;
- N. 2 pz. di Ciotola acciaio 200 mm – 100 mm – 2 litri – cod. PO471013;

Gli strumenti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche qualitative:

- Elevata resistenza ed elasticità del materiale di composizione per una tenuta del morso assolutamente atraumatico;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “autragrip” devono avere il sistema esclusivo AUTRAGRIP costituito da una singola fila di denti serrati incastrati in una fila doppia per una eccellente atraumaticità;
- Cremagliera che garantisce l’indispensabile controllo per il clampaggio dei vasi con passi prodotti in 1x7, 1x9, 1x11 che assicurino la compressione richiesta ed un movimento degli strumenti progressivo, sicuro e preciso;
- Lega utilizzata nella produzione degli strumenti in acciaio inox ad alta resistenza ed elasticità, ed altre leghe al titanio e carburo di tungsteno;
- Gli strumenti devono essere costruiti in acciaio martensitico 316L, mentre per gli strumenti taglienti e per i portaghi deve essere utilizzato una speciale lega al carburo di tungsteno che consente un migliore taglio e grippaggio degli aghi nei morsi;
- Gli strumenti devono presentare anche la satinatura della superficie esterna al fine di annullare l’effetto riflesso;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “LL” o “LIFE-LOK” devono avere il sistema esclusivo LIFE-LOK per il fissaggio delle articolazioni ad incastro molto più robusto e duraturo dei sistemi a vite o similari. Sistema che evita pressioni o stress interni che causano solitamente microscopiche rotture che a loro volta portano alla rottura dello strumento.

4. LOTTO N. 4 – SET AMPUTAZIONE - Codice CIG: 6571312236 - Importo a base d’asta € 5.800,00 oltre iva:

- N. 1 pz. di Percy retrattore 31 cm – cod. GEOOC4000001;
- N. 1 pz. di Fomon Nasal Rasp Fine/Coarse 21 cm – cod. GEOHH7302101;
- N. 1 pz. di Putti raspa per ossa curva 27 cm – doppia – entrambe le estremità piatte – cod. GEOOD8512701;
- N. 1 pz. di Putti raspa per ossa curva 30 cm – doppia – con una estremità piatta ed una rotonda – cod. GEOOD8513001;
- N. 1 pz. di Raspa nasale gold Grip 18,5 cm – cod. GEOHH7900101;
- N. 1 pz. di Lewis Nasal Rasp Pulling Cut fine 18 cm - cod. GEOHH7811801;
- N. 1 pz. di Mayo Hegar portaghi retto 14 cm – cod. PO151002;
- N. 1 pz. di O’Shaughnessy passafili curvo fino 14 cm – cod. PO231001;
- N. 1 pz. di Forbici Mayo 15 cm lame curve – cod. GEOAA1711501;
- N. 1 pz. di Forbici Medecin cm 14 rette – cod. PO101012;
- N. 1 pz. di Mini-Lambotte osteotomo CVD. 6 mm, 17 cm – cod. GEOOD1110601;
- N. 1 pz. di Mini-Lexer Osteot Plast Handle 12mm 18cm - cod. GEOOD3001201;
- N. 1 pz. di Osteotomo Stille retto 20cm – 12mm – cod. GEOOD1801201;
- N. 2 pz. di Crile pinza curva 16cm – cod. PG182080;

- N. 6 pz. di Pinza Kelly Curva senza denti 14 cm – cod. PO181040;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione Brown-Resano 20,5 cm – cod. PO185051;
- N. 1 pz. di Foerster pinza portatamponi retta 18 cm morsi zigrinati – cod. GEOAL2001801;
- N. 1 pz. di Cottle-Kazanjian Bone Cut FCPS Ger 19cm – cod. GEOOR6901901;
- N. 1 pz. di Ruskin-Liston pinza tagliaossa retta 18cm - cod. GEOOR6801801;
- N. 1 pz. di Liston pinza tagliente per ossa retta 14cm - cod. GEOOR6221401;
- N. 1 pz. di Tronchese per ossa Stille Liston retta 23cm – cod. GEOOR7002301;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 12 cm misura 3 – graduato (ex codice PO291030) – cod. POSWM3IG;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 13 cm misura 4 – graduato (ex codice PO291031) – cod. POSWM4IG;
- N. 1 pz. di Ciotola acciaio 200 mm – 100 mm – 2 litri – cod. PO471013;

Gli strumenti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche qualitative:

- Elevata resistenza ed elasticità del materiale di composizione per una tenuta del morso assolutamente atraumatico;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “autragrip” devono avere il sistema esclusivo AUTRAGRIP costituito da una singola fila di denti serrati incastrati in una fila doppia per una eccellente atraumaticità;
- Cremagliera che garantisce l’indispensabile controllo per il clampaggio dei vasi con passi prodotti in 1x7, 1x9, 1x11 che assicurino la compressione richiesta ed un movimento degli strumenti progressivo, sicuro e preciso;
- Lega utilizzata nella produzione degli strumenti in acciaio inox ad alta resistenza ed elasticità, ed altre leghe al titanio e carburo di tungsteno;
- Gli strumenti devono essere costruiti in acciaio martensitico 316L, mentre per gli strumenti taglienti e per i portagli deve essere utilizzato una speciale lega al carburo di tungsteno che consente un migliore taglio e grippaggio degli aghi nei morsi;
- Gli strumenti devono presentare anche la satinatura della superficie esterna al fine di annullare l’effetto riflesso;
- I ferri contrassegnati con la dicitura “LL” o “LIFE-LOK” devono avere il sistema esclusivo LIFE-LOK per il fissaggio delle articolazioni ad incastro molto più robusto e duraturo dei sistemi a vite o similari. Sistema che evita pressioni o stress interni che causano solitamente microscopiche rotture che a loro volta portano alla rottura dello strumento.

5. LOTTO N. 5 – SET VARICI - Codice CIG: 65713208CE - Importo a base d’asta € 5.100,00 oltre iva:

- N. 1 pz. di Foerster pinza portatamponi retta 18 cm morsi zigrinati – cod. GEOAL2001801;
- N. 4 pz. di Pinza Backhaus 12cm – cod. PO121008;
- N. 6 pz. di Pinza Kelly Curva senza denti 14 cm – cod. PO181040;

- N. 6 pz. di Pinza da presa Duval TC 20cm – cod. PO184031;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione c/denti 15,5cm – cod. PO185011;
- N. 1 pz. di Crile pinza emostatica retta 15,9 cm – cod. PG182070;
- N. 2 pz. di Pinza Crile curva 16cm – cod. PO182080;
- N. 2 pz. di Pinza dissezione Brown-Resano 20,5 cm – cod. PO185051;
- N. 2 pz. di Farabeuf set 2 divaricatori 15,2 cm – cod. PG164700;
- N. 2 pz. di U.S Army set 2 divaricatori 215 mm x 15 mm – cod. PG164715;
- N. 1 pz. di Weitlaner Divaric 3x2 denti smuss 11,5cm – cod. PG165358;
- N. 2 pz. di Forbici Metzenbaum-Debakey cm 14,2 – cod. PG342160;
- N. 1 pz. di Forbici Medecin cm 14 rette – cod. PO101012;
- N. 1 pz. di Senn-Miller retrattore acuto 16cm 20x6mm – cod. GEOAX1540301;
- N. 2 pz. di Mayo Hegar portaghi retto 14 cm – cod. PO151002;
- N. 1 pz. di O'Shaugnessy passafili curvo fino 14 cm – cod. PO231001;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 12 cm misura 3 – graduato (ex codice PO291030) – cod. POSWM3IG;
- N. 1 pz. di Manico da bisturi in acciaio inox 13 cm misura 4 – graduato (ex codice PO291031) – cod. POSWM4IG;
- N. 1 pz. di Ciotola acciaio 200 mm – 100 mm – 2 litri – cod. PO471013;

Gli strumenti devono presentare le seguenti caratteristiche tecniche qualitative:

- **Elevata resistenza ed elasticità del materiale di composizione per una tenuta del morso assolutamente atraumatico;**
- **I ferri contrassegnati con la dicitura “autragrip” devono avere il sistema esclusivo AUTRAGRIP costituito da una singola fila di denti serrati incastrati in una fila doppia per una eccellente atraumaticità;**
- **Cremagliera che garantisce l'indispensabile controllo per il clampaggio dei vasi con passi prodotti in 1x7, 1x9, 1x11 che assicurino la compressione richiesta ed un movimento degli strumenti progressivo, sicuro e preciso;**
- **Lega utilizzata nella produzione degli strumenti in acciaio inox ad alta resistenza ed elasticità, ed altre leghe al titanio e carburo di tungsteno;**
- **Gli strumenti devono essere costruiti in acciaio martensitico 316L, mentre per gli strumenti taglienti e per i portaghi deve essere utilizzato una speciale lega al carburo di tungsteno che consente un migliore taglio e grippaggio degli aghi nei morsi;**
- **Gli strumenti devono presentare anche la satinatura della superficie esterna al fine di annullare l'effetto riflesso;**
- **I ferri contrassegnati con la dicitura “LL” o “LIFE-LOK” devono avere il sistema esclusivo LIFE-LOK per il fissaggio delle articolazioni ad incastro molto più robusto e duraturo dei sistemi a vite o similari. Sistema che evita pressioni o stress interni che causano solitamente microscopiche rotture che a loro volta portano alla rottura dello strumento.**

L'Impresa concorrente che propone prodotti equivalenti ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche è obbligato a segnalarlo con separata dichiarazione da allegare alla relativa scheda tecnica.

I quantitativi sopra indicati non impegnano l'Azienda Ospedaliera, potendo essere variati in relazione al consumo da parte delle Unità Operative interessate.

Le quantità effettive dei beni da somministrare verranno perciò determinate dall'Azienda Ospedaliera secondo le proprie necessità.

Le quantità indicate sono riferite al consumo prevedibile nel periodo contrattuale e sono meramente indicative, potendo variare in più o in meno in relazione al mutato fabbisogno e ciò ai sensi dell'art. 1560 – 1° comma del Codice Civile in cui l'entità della quantità stessa non è determinata ma si intende pattuita con quella corrispondente al normale-reale fabbisogno dell'Azienda Ospedaliera.

Nessuna pretesa potrà muovere l'Impresa fornitrice per eventuali variazioni quantitative.

A tal fine si invita codesta Impresa a partecipare alla procedura per la fornitura in oggetto.

La RDO è regolata dalla normativa vigente e nonché da quanto stabilito dalla presente lettera d'invito.

L'aggiudicazione avverrà, per ogni singolo lotto, in favore dell'Impresa che offrirà il prezzo più basso, previa conformità con quanto richiesto, da ricavarsi dalle schede tecniche.

I beni in questione devono essere consegnati presso il MAGAZZINO ECONOMALE INDICATO NELL'ORDINE entro 15 giorni dal ricevimento dell'ordine per corrispondenza o per fax, salvo concordato diversamente.

All'atto della consegna, il bene sarà sottoposto a controllo qualitativo dall'incaricato dell'Azienda Ospedaliera.

Il controllo e l'accettazione dei beni da parte dell'incaricato non solleva il fornitore dalle responsabilità per le proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti ed occulti del bene stesso.

Il bene consegnato se non risulta in possesso dei requisiti richiesti potrà essere rifiutato da questa Azienda Ospedaliera non solo alla consegna, ma anche successivamente, e ciò nei casi in cui il bene dovesse palesare qualche difetto non rilevato e non immediatamente rilevabile.

Il fornitore sarà tenuto a ritirare il bene contestato, a sue spese, con l'obbligo di restituire nel tempo indicato dall'Azienda Ospedaliera il bene corrispondente nella qualità.

I prodotti aggiudicati dovranno essere forniti in confezioni che ne garantiscono la buona conservazione durante il trasporto, il facile immagazzinamento per sovrapposizione e riportare ben leggibili, in lingua italiana, la descrizione tecnico-quantitativa del contenuto, il nome e la ragione sociale del produttore ed ogni altra informazione utile al loro riconoscimento.

Tutti i prodotti forniti dovranno corrispondere, per caratteristiche e confezioni, alle norme di legge e di regolamento che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto.

La consegna dovrà essere effettuato presso il Magazzino ECONOMALE secondo le modalità che saranno impartite e secondo i seguenti orari:

dal lunedì al venerdì (escluso i festivi) dalle ore 08.30 alle ore 13.00.

L'Impresa aggiudicataria dovrà concordare con il Magazzino dell'Azienda Ospedaliera il giorno e l'ora previsti per la consegna.

I beni dovranno essere consegnati esclusivamente nei quantitativi richiesti.

I prodotti dovranno essere forniti in confezione originale e sigillata e recare, tassativamente, stampigliato la denominazione dell'Impresa, le caratteristiche del prodotto e comunque tutte le indicazioni stabilite dalle norme di legge ed in particolare la data di scadenza.

Dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario e sia sull'imballaggio esterno come previsto dal D.lgs 540/92. Il codice a barra dovrà essere leggibile con la penna ottica.

Dovranno inoltre essere confezionati ed imballati con materiali atti a garantirne i requisiti igienici e la corretta conservazione, consegnati con mezzi di trasporto idonei a garantire che i prodotti siano conservati a temperatura ambiente o congelata e nel rispetto delle norme vigenti, direttamente presso il MAGAZZINO ECONOMALE dell'Azienda Ospedaliera, franco trasporto ed ogni altro onere accessorio.

Ogni confezione dovrà contenere le istruzioni, redatte in lingua italiana, per l'utilizzo del prodotto, le modalità di conservazione, le indicazioni circa la stabilità del materiale e le indicazioni per il controllo di qualità.

All'atto della consegna il fornitore deve presentare ad un incaricato del MAGAZZINO ECONOMALE dell'Azienda Ospedaliera l'apposito documento di trasporto in duplice esemplare od altro documento idoneo, nel quale siano indicate specie e quantità dei singoli beni forniti, numero di riferimento e data dell'ordine e numero del lotto e la data di scadenza degli stessi.

Eventuali consegne non effettuate presso il MAGAZZINO ECONOMALE saranno considerate come non eseguite.

Il fornitore che consegni la fornitura in ritardo, rispetto ai tempi massimi previsti nella presente lettera di invito o, o che consegnandola di qualità non conforme a quella stabilita e invitato a sostituirla, vi provveda in ritardo, contravviene ai patti stabiliti. L'Azienda Ospedaliera si riserva, nella forma che riterrà più opportuna, di intervenire in merito alla verifica della gestione della fornitura.

In caso di inadempimento relativamente allo svolgimento della fornitura, l'Azienda Ospedaliera si riserva di applicare, in contraddittorio con l'Impresa aggiudicataria, le penali di seguito indicate, previa contestazione scritta mediante raccomandata con avviso di ricevimento in riferimento alla riscontrata inadempienza, assegnando un termine, non inferiore a 10 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni.

In caso di silenzio o qualora le controdeduzioni non siano ritenute valide od accoglibili, saranno applicate le seguenti penalità con motivato provvedimento dell'Azienda Ospedaliera:

- In caso di ritardo nella fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 100,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per la consegna, indipendentemente dal valore dell'ordine.
- In caso di ritardo nel completamento della fornitura per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 3° giorno previsto per il completamento della fornitura, indipendentemente dal suo valore.
- In caso di fornitura di articoli non aggiudicati o difformi per qualità e marchio dall'offerta, oltre alla richiesta di sostituzione: penale pari al 20% del valore della merce non rispondente.

- In caso di ritardo nella sostituzione della merce difforme per cui si sia verificato il ritardo: penale pari a 50,00 € per ogni giorno lavorativo di ritardo oltre il 5° giorno previsto per il ritiro, indipendentemente dal suo valore.
- In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui alla presente lettera di invito: penale da 50,00 € a 150,00 €, commisurata alla gravità dell'inadempimento contestato soprattutto in relazione ai disagi provocati ai servizi.

L'Azienda Ospedaliera, oltre all'applicazione delle penali, dispone che il termine massimo di ritardo della consegna non possa eccedere comunque i giorni 20 (venti); trascorso detto termine l'Amministrazione potrà avvalersi della facoltà di aggiudicare la fornitura ad altra impresa, fatti salvi i propri diritti di risarcimento danni. Il corrispettivo per i prodotti in questione o l'importo delle penali applicate potrà essere recuperato dalla stessa Amministrazione mediante corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dalla impresa inadempiente, e ne sarà data comunicazione alla stessa con raccomandata con avviso di ricevimento.

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda Ospedaliera al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

Si richiede, per la partecipazione alla presente procedura di acquisto, la documentazione indicata in Allegato A (documentazione tecnica).

Si richiede, altresì, l'Allegato B debitamente compilato e sottoscritto con firma digitale.

Verranno esclusi prodotti offerte alternative se non alle medesime condizioni economiche.

Il prezzo indicato nell'offerta dovrà rimanere fisso ed invariabile e sarà, inoltre, comprensivo di trasporto, imballaggio presso l'Azienda Ospedaliera destinataria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata a norma di legge.

All'Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi unitari indicati in sede di gara per ogni singolo prodotto della fornitura aggiudicata.

L'importo della fattura viene pagato tramite la Tesoreria dell'Azienda Ospedaliera, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002 è da considerarsi "corretta prassi commerciale" nel settore, ai sensi dell'Art. 7 del citato D.Lgs. n. 231/2002, i pagamenti per le forniture effettuate verranno eseguiti a 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura a fornitura regolarmente eseguita ed a controllo avvenuto.

Tale termine resta interrotto qualora l'Azienda Ospedaliera chieda chiarimenti.

Si intendono pervenute il 15 del mese, tutte le fatture registrate tra il 1° e il 15° giorno del mese stesso; il 30 del mese tutte le fatture registrate tra il 16° e l'ultimo giorno del mese stesso.

In caso di ritardo nei pagamenti, viene indicato, a titolo di proposta contrattuale, un tasso di mora in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, secondo quanto previsto dall'art. 5 del D.Lgs. 231 del 9 ottobre 2002, maggiorato di un punto percentuale.

Si comunica che le contestazioni formalizzate inibiscono, fino a completa definizione, il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'impresa aggiudicataria si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L. 136/2010 e ss.mm.ii.

Le fatture relative alla fornitura dovranno essere intestate a:

AZIENDA OSPEDALIERA "OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA-CERVELLO" – PALERMO – Viale Strasburgo n. 233 – 90146 PALERMO.

La fattura, per la liquidabilità, oltre a contenere oltre i dati obbligatori per legge ed essere conforme a quanto previsto nell'ordine d'acquisto, deve contenere le seguenti indicazioni:

- ◆ riportare il numero d'ordine;
- ◆ essere corredata da copia dell'ordine e copia fotostatica del documento di trasporto e altro documento equipollente;
- ◆ riportare il numero di conto economico e quello del centro di costo indicato sull'ordine.
- ◆ Codice CIG;

La data di arrivo della fattura é attestata dal timbro apposto dal Protocollo dell'Azienda Ospedaliera. Il pagamento delle fatture non contestate libera l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi rivendicazione economica da parte dell'aggiudicatario.

Il pagamento sarà effettuato:

- con versamento su c/c postale o bancario;
- con mandato di riscossione nominativo.

L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare (in occasione dell'invio della fattura) la modalità di pagamento prescelta con lettera a firma del legale rappresentante.

L'impresa concorrente autorizza l'Azienda Ospedaliera ad effettuare ogni comunicazione riguardante la presente gara a mezzo fax.

Il R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento) della presente procedura è la Dott.ssa Antonina Lupo.

Il presente invito non costituisce impegno per questa Azienda Ospedaliera.

Per eventuali chiarimenti codesta rispettabile ditta potrà rivolgersi all'U.O.C. Approvvigionamenti dell'Azienda Ospedaliera "Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello" (Dott. Massimo Sanfilippo tel. 0917808321).

IL DIRETTORE DELL'U.O.C.
APPROVVIGIONAMENTI
F.to D.ssa Antonina Lupo