



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 10/10/2016

Prot. 0019032/5

OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI SISTEMA ELETTRONICO PER I TEST DELL'EMOGASANALISI E RELATIVE CARTUCCE OCCORRENTE ALLA U.O.S.D. TRAPIANTI MIDOLLO OSSEO E TERAPIE CELLULARI P.O. CERVELLO.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di Sistema elettromedicale per i test dell'Emogasanalisi e relative cartucce come di seguito specificato per un importo presunto di € 16.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

Lo strumento deve permettere di ottenere veloci ed accurate informazioni su analisi emogas ed elettroliti dando così la possibilità al team medico di prendere rapidamente decisioni terapeutiche. L'apparecchiatura deve essere auto-calibrante, deve utilizzare cartucce in diverse configurazioni per le analisi, esse sono calibrate in concomitanza di ciascun test prima della dispensa del campione di sangue onde evitare di dover rieseguire il prelievo in caso di calibrazione fallita. Il sistema richiesto deve avere uno schermo touch screen interattivo che permette all'utente di seguire le procedure Step by Step. I risultati dei test effettuati devono essere disponibili in circa 90 secondi dall'inserimento del campione di sangue, e devono essere visibili sullo schermo dell'apparecchiatura che essere stampati per essere inseriti in cartella clinica. L'apparecchiatura deve essere comprensiva di stampante, priva di bombolette di gas per la calibrazione e di parti meccaniche in movimento e deve consentire in qualsiasi momento la rimozione della cartuccia senza subire danni. Inoltre deve avere un barometro interno per poter essere utilizzato in tutte le condizioni. Le cartucce non devono richiedere particolari condizioni di stoccaggio (es. frigorifero), e devono essere pronte all'uso: Le cartucce dello strumento devono contenere una serie di sensori e un calibrante che sono diversi a seconda della tipologia di test da eseguire, come ad esempio BG (solo emogas), H4 (solo elettroliti), CC (combo elettroliti-emogas) :

Su ciascuna cartuccia deve essere eseguito un test paziente o un test CQ acqueo.

Lo strumento deve essere alimentato anche con batterie ricaricabili che permette a noi operatori di utilizzarlo anche a letto con il paziente. Possibilità di connessione via modem, porta seriale o ethernet. Deve avere un Controllo qualità elettronico interno (EQC- Electronic Quality Control) che permette di ridurre la necessità di usare i controlli di qualità liquidi e rendono la procedura di controllo molto semplice .

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 27/10/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
f.to **Dott.ssa Lupo Antonina**