



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo li **21 OTT. 2016**

Prot. **0019836/5**

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVICE PER CITOLOGIA IN AUTOMATICO SU STRATO SOTTILE PER L'U.O.C. DI ANATOMIA PATOLOGICA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'affidamento del Service per citologia in automatico su strato sottile per l'U.O.C. di Anatomia Patologica come di seguito specificato per un importo presunto di € 150.000,00 oltre IVA per anni tre, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara.

N. 1 Sistema di Service per allestimento campioni Citologici in automatico su strato sottile costituito da:

- un'apparecchiatura automatizzata per l'allestimento dei preparati provenienti dai vari campioni biologici (versamenti, liquidi cavitari).*
- numero di test previsti: 6000 circa per anno*

Reagenti per citologia su strato sottile con fornitura in service di un preparatore di vetrini con i seguenti requisiti minimi:

Processatore di vetrini in grado di allestire in modo completamente automatico (previo recupero per centrifugazione del campione) preparati citologici omogenei su strato sottile con materiale cellulare depositato su area delimitata.

Deve poter allestire multipli vetrini

Lo strumento deve garantire la possibilità di processare 20 campioni contemporaneamente nella stessa seduta

Cellularità controllata e costante mediante misura diretta automatica

Fissazione del campione e conservazione in soluzione non tossica, né infiammabile

Tracciabilità del vetrino con apposizione automatica di etichette, mediante stampa barcode in dotazione

La Ditta aggiudicatrice deve provvedere all'interfaccia con sistema informatico MyKey (LIS) in dotazione presso il laboratorio di Anatomia Patologica dell'Azienda

La conservazione delle cellule deve essere garantita per almeno 6 mesi a temperatura ambiente e deve altresì garantire la stabilità del campione ai fini di ulteriori indagini molecolari

Marchatura CE-IDV.

La ditta aggiudicataria dovrà "garantire tutto il necessario per l'esatta esecuzione dei test sopra descritti e dovrà garantire una adeguata formazione del personale di laboratorio

Caratteristiche assistenza tecnica

Assistenza tecnica operante in loco

Supporto specialistico operante in loco

Tempi di risposta del SAT entro le 24 ore

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/11/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**