



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808132 Fax. 091.7808394

Palermo li 26 OTT. 2016

Prot. 7386/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI TROCAR LAPAROSCOPICI PER CHIRURGIA ROBOTICA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all’affidamento della fornitura in somministrazione di TROCAR LAPAROSCOPICI PER CHIRURGIA ROBOTICA come di seguito specificato per un importo presunto di € 16.000,00 oltre IVA per anni uno, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara.

- *N. 72 Trocar ottico senza lama da 5 mm con alette bilaterali in plastica dotato di tecnologia che riduce la formazione di macchie sull’ottica durante i vari reinserimenti; corpo del trocar completamente trasparente e radiotrasparente, leva di bloccaggio dell’ottica, cannula rastremata con punta a becco di flauto, dotata di fori antierniamento; dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola; lunghezza della cannula da 100mm.*
- *N. 24 cannule per trocar sopradescritto*
- *N. 18 Trocar ottico senza lama da 5 mm con alette bilaterali in plastica dotato di tecnologia che riduce la formazione di macchie sull’ottica durante i vari reinserimenti; corpo del trocar completamente trasparente e radiotrasparente, leva di bloccaggio dell’ottica, cannula rastremata con punta a becco di flauto, dotata di fori antierniamento; dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola; lunghezza della cannula da 150mm.*
- *N. 6 cannule per trocar sopradescritto*
- *N. 78 Trocar ottico senza lama da 12 mm con alette bilaterali in plastica dotato di tecnologia che riduce la formazione di macchie sull’ottica durante i vari reinserimenti;riduttore universale integrato e rimovibile; corpo del trocar completamente*

trasparente e radiotrasparente, leva di bloccaggio dell'ottica, cannula rastremata con punta a becco di flauto, dotata di fori antierniamento; dispositivo di tenuta stagna a doppia valvola; lunghezza della cannula da 100mm.

- *N. 12 cannule per trocar sopradescritto*

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/11/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

10.

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**