



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 31 OTT. 2016

Prot. 7506/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI CARRELLI DI EMERGENZA, PULSOSSIMETRI ED ASPIRATORI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto in somministrazione annua di carrelli di emergenza, pulsoossimetri ed aspiratori come di seguito specificato per un importo presunto di € 71.750,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara a mezzo RDO su Mepa Consip

LOTTO N. 1 - CARRELLI DI EMERGENZA

IMPORTO A BASE D'ASTA € 50.000,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

- Struttura autoportante in acciaio, resistente al lavaggio e alla disinfezione, antiurto ed antigraffio
- Piano d'appoggio senza spigoli vivi per facilitare la pulizia e la disinfezione
- Provvisto di multi presa (almeno n.3 prese) con interruttore magnetotermico e cavo di lunghezza di almeno 200 cm
- Dotato di sistema antiribaltamento a cassetti aperti
- Dotato di piano di scrittura a scomparsa
- Dotato di maniglione di spinta ergonomico
- Dimensioni minime indicative: altezza da terra 100 cm, larghezza 80 cm e profondità 60 cm
- Dotato di almeno 4 cassetti frontali in acciaio, di varie dimensioni, con scomparti multiuso, montati su guide ad apertura completa e fermo corsa
- Chiusura dei cassetti centralizzata a mezzo sigilli monouso numerati (n. 100 compresi per carrello)

- Dotato di n. 1 vano porta bombole da lt 3
- Dotato di n.4 ruote pivotanti di diametro 125 mm di cui n.2 dotate di sistema di bloccaggio
- Dotato di n.1 porta rifiuti
- Dotato di n.1 porta cateteri o sonde in materiale plastico
- Dotato di n. 1 asta porta flebo
- Dotato di n. 1 piastra porta defibrillatore orientabile e di sistema di fissaggio
- Dotato di n.1 piastra rigida in materiale plastico per massaggio cardiaco
- Completo di n. 1 set di rianimazione respiratoria comprendente n. 1 pallone resuscitatore tipo AMBU autoclavabile e relative maschere adulti/pediatriche
- Completo di n. 1 set laringoscopio per intubazione completo
- Compreso n. 20 (per carrello) mandrino per tubo OT in materiale flessibile e rivestito, latex free, monouso tipo alluminio malleabile rivestito in polietilene per adulti/pediatrici con manico regolabile
- Dotato di pinza di Magill adulto/pediatrico (una per tipo)
- Compreso garanzia e servizio di manutenzione "Full Risk" per tre anni

LOTTO N. 2 - PULSOSSIMETRI

IMPORTO A BASE D'ASTA € 9.250,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

- Valutazione rapida e accurata della saturazione di ossigeno, frequenza del polso e dell'intensità delle pulsazioni.
- Intervallo di misura:
 - SpO2 1-100%
 - Frequenza polso: 25-230 bpm
- Rilevatori spie/allarmi:
 - indicatore carica batteria;
 - allarme visivo e sonoro dei parametri fisiologici misurati
- Memorizzazione dei trend relativi ai parametri misurati
- Compatibile con sensori Nellcor e Masimo
- Dotato di sistema in grado di garantire precisione e accuratezza dei dati rilevati in condizioni di movimento del paziente.
- Alimentazione ad accumulatori
- Autonomia di almeno 24 ore in monitoraggio costante
- Chassis antiurto
- Possibilità di collegamento a stampante esterna per la stampa dei dati raccolti
- Peso e dimensioni ridotte
- Facilità di utilizzo
- Completo di:
 - n. 1 sensore riutilizzabile a dito, con tecnologia Neilcor o Masimo, latex free e ad alta affidabilità, per l'applicazione su pazienti adulti e pediatrici
 - Cavo/i di collegamento
 - Accumulatore/i ricaricabili necessari per il funzionamento
 - n. 1 caricabatterie
- Compreso garanzia e servizio di manutenzione "Full Risk" per tre anni

LOTTO N. 3 - ASPIRATORE MEDICO CHIRURGICO

IMPORTO A BASE D'ASTA € 12.500,00

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

- Alloggiato nel sistema, portatile, funzionante a batterie ed a corrente elettrica
- Batteria interna ricaricabile
- Led luminoso stato carica batteria
- Dotato di vaso di raccolta sterilizzabile
- Flusso di aspirazione di almeno 15 l/min
- Autonomia delle batterie di almeno 30 min
- Capacità del vaso di raccolta di almeno 1 litro
- Vaso con sacca monouso capienza lt. 1
- Potenza di aspirazione massima di almeno 550 mmHg
- Filtro antibatterico ed idrofobico
- Tubi in silicone
- Regolatore di aspirazione
- Indicatore di vuoto (kPa e Bar)
- Completo di n. 10 filtri antibatterici
- n° 50 sacche monouso dedicate comprese per ogni aspiratore
- Compreso garanzia e servizio di manutenzione "Full Risk" per tre anni

L'offerta dovrà comprendere consegna, montaggio, installazione, collaudo ed eventuale istruzione del personale direttamente presso le UU.OO. di destinazione TUTTO COMPRESO "CHIAVI IN MANO".


Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 15/11/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina