



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 16/11/2016

Prot. 7957/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UNA CONSOLLE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE TECNOLOGIA DEBRIDER – U.O. ORL

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di UNA CONSOLLE PER CHIRURGIA ENDOSCOPICA NASALE TECNOLOGIA DEBRIDER come di seguito specificato per un importo presunto di € 45.020,00 + € 23.235,00 per materiale di consumo utile per un semestre. Si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

A tal fine intende verificare:

- 1) Se codesta ditta dispone del prodotto sotto descritto
 - Detto Debrider deve unire la tradizionale funzione di taglio dei tessuti con quella di coagulo sia monopolare che bipolare, grazie a specifiche lame dedicate, che permetta di controllare il sanguinamento intra-operatorio, rendendo l'intervento chirurgico sicuro e veloce. Inoltre lo strumento deve disporre di un sistema integrato per la disostruzione delle lame intasate, il che renderebbe molto più rapido ed efficace l'intervento chirurgico. Deve essere dotato di due manipoli risterilizzabili sui quali alloggiare le lame e le frese monouso che abbiano sia l'impugnatura retta che angolata, di un trapano ad alta velocità dedicato alla otochirurgia che consenta di operare sul complesso mastoideo e sulla staffa, sfruttando frese dedicate, deve poter lavorare con un regime di rotazione 85.000 giri/minuto, di un sistema di irrigazione che sfrutti la pompa peristaltica già presente sulla consolle
 - Il trapano deve contenere il motore che attiva la rotazione e vi si devono poter attaccare diversi terminali a secondo del tipo di intervento, 2 lunghi e due corti sia con punta retta che con punta angolata per le procedure sul mastoide, un terminale invece deve essere dedicato alla chirurgia della staffa. Tutti terminali devono avere un sistema di aggancio e sgancio rapido .

La consolle deve essere unica sia per i manipoli da procedure rinologiche che per il trapano di otochirurgia.

Tutte le lame e le frese da rinologia e per otochirurgia nonché i relativi tubi di aspirazione ed irrigazione devono essere monouso.

Materiale di consumo semestrale:

- N. 3 scatole di tubi Cod. EGTS100S
- N. 3 scatole di tubi Cod. EGTS101DC
- N. 3 scatole di lame bipolare Cod. EGBB4000SS
- N. 3 scatole di lame bipolare Cod. EGBB2000SA

- N. 3 scatole di lame standard Cod. EGSB4000SA
- N. 3 scatole di lame standard Cod. EGSB2900SS
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR4060FRCC
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR4060FRCV
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR4060DSC
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR5060DSC
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR6060DSC
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR3060DSF
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR4060DSF
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR5060DSF
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGMBUR6060DSF
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGSTAPBUR05D
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGSTAPBUR07D
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGSTAPBUR10D
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGSTAPBUR17D
- N. 3 scatole di frese orecchio/mastoide Cod. EGSTAPBUR20D

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 02/12/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**