



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 16 NOV. 2016

Prot. 7962/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DEFIBRILLATORI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di n. 25 come di seguito specificato per un importo presunto di € 150.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara

### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Adatto a pazienti adulti e pediatrici  
Apparecchiatura portatile di dimensioni compatte e resistente agli urti  
Peso 6 Kg circa (batterie comprese)  
Dotato di maniglia per il trasporto  
Modalità di defibrillazione manuale e semiautomatica  
Forma d'onda: bifasica  
Dotato di display a colori, non inferiore a 8,5 pollici per la visualizzazione delle forme d'onda, dei valori numerici e dei messaggi quali: inizio procedura, n. scariche erogate, energia caricata ed erogata ecc.  
Cardioversione sincronizzata  
Livello di energia regolabile in accordo alle linee guida European Resuscitation Council (ERC) vigenti  
con energia selezionabile tra 1 e 200 J; sistema di sicurezza con scarica interna in caso di non utilizzo.  
Autotest all'accensione.  
Rilevazione ECG con cavo a 3 e 10 fili per le 12 derivazioni

Rilevazione ECG con cavo a 3 e 10 fili per le 12 derivazioni  
Visualizzazione di almeno n.4 forme d'onda di monitoraggio e delle 12 tracce ecg in simultanea  
Regolazione dell'ampiezza ECG  
Allarmi sia visivi che acustici, così come previsto dalle normative vigenti  
Funzionamento a rete anche con batteria completamente scarica  
Batterie ricaricabili con aggancio di sicurezza  
Software in lingua italiana  
Memoria di oltre 100 eventi, del tracciato ecg e dei trend di almeno 24 ore dei parametri  
Aggiornamento dell'apparecchiatura in relazione all'evoluzione dei protocolli dettati dalle linee guida e possibilità di implementazione con Stimolatore trans toracico, Saturimetro e Misuratore P.A. incruenta.  
Piastrine esterne sterilizzabili per adulti e pediatriche con selettore energia e pulsanti scarica  
Completo di:

- n. 1 stampante termica integrata a 3 tracce
- n.15 coppie di piastrine monouso certificate per l'uso su pazienti adulti e pediatriche
- n.15 rotoli di carta termica


Garanzia come per legge

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.  
Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 30/11/2016 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it).

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

  
Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lupe Antonina