



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 29 NOV. 2016

Prot. 8236/RR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI LETTINI DA VISITA E DEAMBULATORI

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto in somministrazione di lettini da visita e deambulatori come di seguito specificato per un importo presunto di € 8.500,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo R.d.O. su Mepa Consip.

ELENCARE CARATTERISTICHE TECNICHE

N. 15 LETTINI DA VISITA

- Lettino a uno snodo in corrispondenza della sezione di testa.
- Struttura in metallo, verniciato con polvere epossidica, resistente ai graffi.
- La testata deve favorire le operazioni sul paziente, in particolare le operazioni su gola, naso e orecchio.
- La parte inferiore del lettino deve essere libera in modo da non impedire allo specialista di stare seduto sullo sgabello e mantenere le gambe libere da ostacoli.
- L'imbottitura deve essere in schiuma ad alta densità, ignifuga, disinfettabile e resistente a urina e sangue
- Portata max : 200 kg;
- Dimensioni: cm 193 X 78cm
- Sezione di testa ad altezza regolabile da 0 a 34°
- Foro naso-bocca nella sezione di testa
- Il lettino deve essere completo di asta reggi flebo, portarotolo e predellino.
- Il predellino deve avere la struttura in acciaio cromato e gradini antiscivolo:
- dimensioni del predellino
 - lunghezza cm 52 x larghezza cm 39
 - dimensioni del gradino:

lunghezza cm 20 x larghezza cm 38
Altezza 1° scalino: cm 22---Altezza 2° scalino cm 44.

N. 10 DEAMBULATORI DI CUI N. 5 CON SOSTEGNO ASCELLARE

- Struttura in acciaio inox;
- Regolabile in altezza;
- Imbottiture ascellari girevoli regolabili in altezza e larghezza;
- Portata massima 100kg;
- Ruote da Ø 80 min di cui due con freno;
- Appoggio mani con rivestimento antiscivolo;
- Conforme alla normativa/regolamenti vigenti;

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 15/12/2016 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina