



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 09 FEB. 2017

Prot. 1047/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA COMPRESO MONTAGGIO ED INSTALLAZIONE DI UNA POLTRONCINA RECLINABILE PER BIOPSIA STEREOTASSICA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, compreso montaggio ed installazione di una poltroncina reclinabile specificamente destinata alla biopsia stereotassica della mammella da eseguire con sistema FujiFilm Amulet, rapidamente trasformabile in lettino, posizionabile se necessario anche in Trendelemburg, come di seguito specificato, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME RICHIESTE

Le caratteristiche di massima sono:

- mobilità su ruote pivottanti
- adeguata escursione in altezza
- regolazione del segmento poggiatesta
- regolazione del segmento poggiapiedi
- possibilità di posizionamento in posizione seduta, o sul fianco con supporti per la schiena e per il braccio declive
- le variazioni da poltroncina a lettino e viceversa devono essere motorizzate elettricamente con batteria ricaricabile

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;

2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)  
Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il \_\_\_/\_\_\_/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). E all'indirizzo mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro. La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa ~~Lupo~~ Antonina**