



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 24.02.2017 prot.n. 1518/Pr

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI 3 SONDE DI PRODUZIONE BK MEDICAL

DITTE VARIE

Dovendo questa amministrazione procedere all'acquisto del materiale come di seguito specificato, per un importo complessivo di € 40.000,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare alla successiva procedura di gara:

Si prega di indicare:

se si dispone di quanto di seguito elencato nelle condizioni descritte:

SONDA ELETTRONICA CONVEX MOD.8820E

Sonda elettronica convex larga banda multifrequenza 2-6-MHz. Abilitata a seconda armonica tissutale

Sterilizzazione per immersione completa, connettore compreso

Kit biopsia UA1250 e UA1341

KIT BIOPSIA IN ACCIAIO RIUTILIZZABILE E STERILIZZABILE PER 8820E

Diametro regolabile da 0,6 a 2,4 mm

Angolo di inserzione 18°

SONDA LINEARE MOD.8811

Sonda a tecnologia elettronica lineare (50mm) larga banda multifrequenza 5-12 MHz

Sterilizzazione per immersione completa, connettore compreso in STERIS SYSTEM

Abilitata a seconda armonica tissutale

Predisposto per kit eco biopsia UA1239

SONDA ENDOCAVITARIA TRIPLANARE 8818

Sonda a tecnologia elettronica biconvex/bilineare e end fire larga banda multifrequenza 5-12 MHz

Imaging biplanare simultaneo

Sterilizzazione per immersione completa, connettore compreso in STERIS SYSTEM E STERRAD

Abilitata a seconda armonica tissutale

KIT BIOPSIA BIPLANARE RIUTILIZZABILE

Sterilizzabile completo di guida ago da 17 G

Angolo di inserzione 19°

Ua1326,1327,1328 pluriuso

Qualora ciascun operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste a quelle possedute o divergenze dal punto di vista economico, voglia cortesemente segnalare accompagnando se del caso discrasie riscontrate da motivate considerazioni.

Si invita altresì a produrre, ove sussistano i presupposti dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione appaltante assumerà in merito.

Ciò per consentire a questa amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 27 MARZO 2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it e a.raccuglia@villasofia.it.

La presente solo al fine di condurre indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**