



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
Settore Appalti e Forniture
Tel. 091.7808384 Fax. 091.7808394

Palermo li 23/03/2017

Prot. 2402/PR

OGGETTO:INDAGINE DI MERCATO PER L'ACQUISTO DI UNA CENTRIFUGA DA BANCO OCCORRENTE ALLA U.O.C. DI EMATOLOGIA PER LE MALATTIE RARE DEL SANGUE E DEGLI ORGANI EMATOPOIETICI P.O. CERVELLO.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo questa Amministrazione procedere all'acquisto di una Centrifuga da banco come di seguito specificato per un importo presunto di € 6.900,00 si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione di interesse a partecipare a successiva procedura di gara:

N. 1 CENTRIFUGA DA BANCO REFRIGERATA CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE

- Max rcf circa 24.000
- Max rpm circa 16.000
- Dimensioni (LXPXH) non oltre 40x65x30 cm
- Dotata di rotore basculante per provette da 0,2 fino a 1.5 ó 2.0 ml con coperchio di biocontenimento a tenuta aerosol

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 28/03/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo e.furnari@villasofia.it.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
f.to Dott.ssa Lupo Antonina