



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li

14 GIU 2017

Prot. 6815/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN LETTINO PER TILT TEST

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di un lettino per tilt test, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

##### TILT TEST:

Letto per tilt con le seguenti caratteristiche:

- Ruote nr 4 Ø mm 80 di cui 2 girevoli con freno
- Stazionamento nr 4 piedini per livellamento e stazionamento
- Sicurezza
- dispositivo manuale per la movimentazione con volantino del piano in assenza di tensione;
- nr 3-4 cinture di contenimento a sblocco rapido per adulti e bambini;
- switch di fine corsa;
- perimetro di sicurezza con fotocellule;
- ritorno rapido in clinostatismo e/o Trendelemburg;
- Visualizzazione in gradi tramite PC con lettura all'unità di grado;
- Comandi Tramite tastiera PC + supplementari + manuali da colonna nr 1 Ortostatismo + 90°
- Trendelemburg - 30°

Computer di gestione del sistema, con monitor

Elettrocardiografo 12 canali in simultanea, con monitor

Software di gestione:

- visualizzazione angolo di tilt;
- impostazione parametri azionamento;

- impostazione parametri di comunicazione;
- controllo elettronico angolo di Tilt;
- ritorno rapido in clinostatismo e/o trendelemburg;
- azzeramento automatico dell'asse (0°);
- comandi manuali di movimentazione;
- indicazioni di stato del sistema;
- indicatore movimento piano dinamico;
- memorizzazione protocolli di tilt;
- archivio informatico pazienti;
- stampa report.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 30/06/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

  
Il Responsabile del Settore  
Dott.ssa Lupo Antonina