



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 20 GIU 2017

Prot. h955/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 3 BARELLE
AUTOCARICANTI PER AMBULANZA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE.

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 3 barelle auto caricanti per ambulanza, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Telaio in acciaio inox
- Leva selezione e resettaggio trendelenburg in acciaio
- Pianale trendelenburg in polietilene
- Sponde laterali ribaltabili in alluminio
- Pistone alzaschiena in polietilene
- Schienale reclinabile in polietilene
- Ruota carrello di carico in poliuretano gommato
- Leva accorciamento barella in acciaio
- Gambe anteriori in acciaio
- Ruote anteriori in poliuretano gommato
- Pistone apertura/chiusura gambe anteriori in acciaio
- Ruote piroettanti posteriori con freno in poliuretano gommato
- Pistone apertura/chiusura gambe posteriori in acciaio
- Leva movimentazione gambe anteriori in nylon
- Leva movimentazione gambe posteriori in nylon
- Carrello di carico in acciaio
- Manopole comando altezza variabili in nylon
- Perno fissaggio anteriore in acciaio

- Comando sblocco spondine reclinabili in nylon
- Sistema blocco posteriore in acciaio/nylon
- Leve selezione tredelemburg e fowler in acciaio
- Materassini in skay ignifugo elettrosaldato
- Cuscino per materasso in skay
- Cinture di sicurezza a rapido sgancio con auto espulsione della fibbia (n. 2 per barella)

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 06/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dot.ssa Lupo Antonina