



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 20 GIU 2017

Prot. *wes6122*

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di dispositivi di protezione individuale e collettiva, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

LOTTO N. 1:

N. 38 - ABBINATO "CORPETTO/GONNELLINO" ANTIX

- Protezione disgiunta dei distretti tronco e addome con sistema corpetto + gonnellino antiX
- Certificazione secondo la norma CEI EN 6133 1-1:2015-12
- Materiale schermante privo di piombo
- Materiale di rivestimento privo di Ftalati e di lattice
- Peso specifico del materiale schermante: non superiore a 2,7 kg/mq con spessore schermante di 0,25 mmPb-eq a 100 kVp
- Spessori schermanti minimi (da riportare sinteticamente su talloncino annesso a ciascun dispositivo):
 - Frontalmente: 0,5 mmPb-eq a 100kVp
 - Posteriormente: 0,25 mmPb-eq a 100kVp
 - Attenuazione dichiarata: non inferiore a 83% con materiali schermanti di spessore non superiore a 0,25 mmPb-eq a 100kVp
- Soluzioni di implementazione della copertura nel rispetto delle caratteristiche degli spessori schermanti minimi:
 - Frontalmente: intera o con pannelli completamente sovrapponibili su tutto il tronco (corpetto) e su tutto l'addome inferiore/gonadi (gonnellino) da fianco a fianco con sistema di chiusura in velcro;
 - Posteriormente: intera

- Possibilità di applicare strisce o targhette di personalizzazione, sia rispetto all'operatore sia rispetto al reparto di appartenenza
- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)
- Sanificazione/lavabilità del dispositivo con possibilità di immersione completa per un lavaggio automatizzato con garanzia di idrorepellenza, tempi di asciugatura non superiori a 24h al fine di un pronto reimpiego del dispositivo.

LOTTO N.2:

N. 2 - CAMICI ANTIX

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2015-12
- Materiale schermante privo di piombo
- Materiale di rivestimento privo di Ftalati e di lattice
- Peso specifico del materiale schermante: non superiore a 2,7 kg/mq con spessore schermante di 0,25 mmPb-eq a 100 kVp
- Spessori schermanti minimi (da riportare sinteticamente su talloncino annesso a ciascun dispositivo):
 - Frontalmente: 0,5 mmPb-eq a 100kVp
 - Posteriormente: 0,25 mmPb-eq a 1 00kVp
 - Attenuazione dichiarata: non inferiore a 83% con materiali schermanti di spessore non superiore a 0,25 mmPb-eq a i 00kVp
- Copertura totale in altezza (tronco, bacino, gambe dell'operatore)
- Soluzioni di implementazione della copertura nel rispetto delle caratteristiche degli spessori schermanti minimi:
 - Frontalmente: intera o con pannelli completamente sovrapponibili su tutto il tronco-bacino da fianco a fianco con sistema di chiusura in veicro;
 - Posteriormente: intera
- Possibilità di applicare strisce o targhette di personalizzazione, sia rispetto all'operatore sia rispetto al reparto di appartenenza
- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)
- Sanificazione/lavabilità del dispositivo con possibilità di immersione completa per un lavaggio automatizzato con garanzia di idrorepellenza, tempi di asciugatura non superiori a 24h al fine di un pronto reimpiego del dispositivo.

LOTTO N.3:

N. 62 - COLLARI ANTIX

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2015-12
- Materiale schermante privo di piombo
- Materiale di rivestimento privo di Ftalati e di lattice
- Spessori schermanti minimi (da riportare sinteticamente su talloncino annesso a ciascun dispositivo):
 - 0,5 mmPb-eq a 100kVp
 - Attenuazione dichiarata: non inferiore a 97% con materiali schermanti di spessore non superiore a 0,5 mmPb-eq a 100kVp
- Soluzioni di implementazione della copertura nel rispetto delle caratteristiche degli spessori schermanti minimi:
 - Frontalmente: collare ampio sovrapponibile alla protezione del tronco, dotato di chiusura in velcro;
- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)
- Sanificazione/lavabilità del dispositivo con possibilità di immersione completa per un lavaggio

automatizzato con garanzia di idrorepellenza, tempi di asciugatura non superiori a 24h al fine di un pronto reimpiego del dispositivo.

LOTTO N. 4:

N. 24 - OCCHIALI ANTIX STANDARD

- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2003-09 o successive
- Montatura in Nylon
- Dotati di vetri neutri frontali e laterali
- Possibilità di applicare vetri graduati
- Peso massimo: 90 grammi
- Spessori schermanti minimi (indicazione incisa sinteticamente sul dispositivo):
 - Frontalmente: 0,75 mmPb-eq
 - Lateralmente: 0,5 mmPb-eq
- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)
- Dotazione di custodia per ciascun dispositivo
- Dotazione di cordoncino regolabile dall'operatore in modo da garantire sempre la massima aderenza al volto

LOTTO N. 5:

N. 24 - OCCHIALI ANTIX "A MASCHERA"

- Compatibili con il contemporaneo impiego degli occhiali da vista dell'operatore (in visione laterale la protezione laterale deve coprire almeno tutto l'occhio dell'operatore)
- Certificazione secondo la norma CEI EN 61331-1:2003-09 o successive
- Dotati di vetri frontali neutri e protezione laterale
- Fissaggio con cordoncino anticaduta regolabile o elastico
- Peso massimo: 90 grammi
- Spessori schermanti minimi (indicazione incisa sinteticamente sul dispositivo):
 - Frontalmente: 0,75 mmPb-eq
 - Lateralmente: 0,5 mmPb-eq
- Presenza di sistema di assegnazione/identificazione univoca del dispositivo (microchip o bar code)
- Dotazione di custodia per ciascun dispositivo

LOTTO N. 6:

N. 1 - SET PARAGONADI ANTIX

- Set di paragonadi maschili (scrotali) costituito da almeno n. 3 coppe di varia dimensione ad uso di pazienti adulti e pediatrici
- Set di paragonadi femminili (ovarici) costituito da almeno n. 3 fogli conformati schermati, di varia dimensione ad uso di pazienti adulti e pediatrici
- Set di paragonadi a gonnellino anteriore dotato di sistema di applicazione al bacino e costituito da almeno n. 3 gonnellini di varia dimensione
- Spessori attenuanti minimi: 0,5 mmPb-eq

LOTTO N. 7:

N. 6 - PARATIE MOBILI ANTIX PER PROTEZIONE PAZIENTI IN SALA DEGENZA

- Schermo mobile con ruote dotato di telaio leggero su cui risulta montato pannello di materiale (anche telo) schermante piombo equivalente;
- Spessore schermante del materiale non inferiore a 0,2 mm di piombo equivalente;
- Lunghezza dello schermo tale da proteggere in lunghezza un letto da corsia, comunque non inferiore a 150 cm (lunghezza del distretto radiosensibile di un paziente disteso);
- Altezza complessiva della struttura tale proteggere in altezza un letto da corsia, comunque non inferiore a 100 cm.
- . Altezza del solo pannello schermante non inferiore a 60 cm

LOTTO N. 8:

N. 8 - PARATIE MOBILI ANTIXPER PROTEZIONE OPERATORI IN SALA OPERATORIA

- Paratia mobile con ruote antistatiche dotata di pannello centrale cori visiva in vetro antiX e di alette' laterali ad apertura regolabile "a libro";
- Spessore schermante del pannello centrale (visiva inclusa) e delle alette laterali non inferiore a 2 mm di piombo equivalente;
- Dimensione della visiva in vetro anti X non inferiore a 24x30 cm;
- Larghezza complessiva, ad alette alla massima apertura, non inferiore a 120 cm; larghezza del pannello fisso centrale non inferiore a 70 cm;
- Altezza complessiva non inferiore a 180 cm

LOTTO N. 9:

N. 1 - GREMBIULE ANTIX DA TAVOLO ANGIOGRAFICO

- Pannello scorrevole lungo il tavolo, ancorabile al tavolo mediante braccio dotato di snodo singolo per disporre di varia angolatura di protezione dell'operatore rispetto allo stesso tavolo.
- Spessore schermante del pannello non inferiore a 2 mm di piombo equivalente;
- Dimensioni del grembiule: 90 cm di larghezza x 75 cm di altezza

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 06/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa ~~Lupa~~ Antonina

