



Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li

20 GIU 2017

Prot.

6957/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA IN SOMMINISTRAZIONE ANNUA DI N. 30 PULSOSSIMETRI PORTATILI DA DITO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 30 pulsossimetri portatili da dito, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

**CARATTERISTICHE MINIME RICHIESTE:**

**SpO2**

- Area di visualizzazione da 0 a 100%;
- No allarmi;
- Precisione con assenza di movimenti da 70% a 100% adulti;
- Precisione con movimento da 70% a 100% adulti;
- Precisione con bassa perfusione 70% a 100% adulti;
- Lunghezza d'onda (R/IR) 660nm/910nm;
- Potenza (R/IR) 0.8/1.2 mWatt

**Frequenza**

- Area di visualizzazione da 18 a 321 bpm;
- No allarmi
- Precisione con assenza di movimenti dal 8 a 300 bpm adulti;
- Precisione con movimento da 40 a 240 bpm adulti;
- Precisione con bassa perfusione da 40 a 240 bpm adulti;

**Memoria dati**

- Trend;
- Parametri SpO2, frequenza del polso;

- Intervallo di registrazione il più breve possibile;
- Capacità 72 h;

#### **Caratteristiche fisiche**

- Dimensioni (HxLxP) 130-140 x 70 x 30-35 mm
- Peso il più leggero possibile;
- Display LED 3 colori e 7 sedimenti;
- Indicatore del tono del polso LED a 3 colori;
- Indicatore della qualità della pulsazione LED a 3 colori;

#### **Specifiche elettriche**

- Alimentazione batteria interna alimentazione di rete con base caricabatteria;
- Tipo di batterie alcaline AA1 .5 V blocco batterie ricaricabili 40h;
- Durata prevista del blocco NiMH il più breve possibile;
- Modalità di funzionamento continuo;

#### **Accessori forniti a corredo:**

N.1 sensore adulto

N.2 batterie AA

N.1 cavo USB

Software per PC

Manuale d'uso

#### **Conformità**

- Direttive 93/42 CEE standard - dispositivo medico di base IIb.
- Garanzia ed assistenza "FULL RISK" inclusi per almeno 24 mesi;

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 06/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa Lupo Antonina**

