



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 GIU 2017

Prot. 5180/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN VIDEOBRONCOSCOPIO

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di un videobroncoscopio, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Videobroncoscopio per intubazione e broncoscopie alta resistenza meccanica.

Endoscopio mobile tutto compreso deve permettere la gestione efficiente della via aerea.

Deve essere completo:

di un monitor integrato di almeno un 2,5",
da sorgente luminosa integrata bianca LED,
da due batterie e da un dispositivo di registrazione su memory card

Il video broncoscopio deve permettere l'utilizzo senza unità periferiche o cavi, permettendo che sia usata quasi dovunque.

Visone frontale con immagini in alta risoluzione,
angolo di visuale non inferiore a 120.

Dimetro non superiore a circa 6 mm.

Canale operativo standard circa 2,8 mm.

Lunghezza utile di circa 600mm.

Movimento alto/basso non inferiore a 180°/130°,
deve poter sostenere l'aspirazione ed esecuzione del BAL.

Completamente stagno e sterilizzabile con le comuni lava endoscopi.

Il dispositivo di registrazione deve poter permettere il bloccaggio delle immagini e delle registrazioni di film come pure della gestione di immagine.

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura
Collaudo
Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

Si prega di indicare


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina