



Sede Legale

Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo

Tel 0917801111 - P.I. 05841780827

U.O.C. Provveditorato

Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 GIU 2017

Prot. 5183/PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI DUE IMPEDENZIOMETRI CLINICI PER L'ANALISI DELLA FUNZIONE ACUSTICA DELL'ORECCHIO, COMPATIBILI CON OTOACCESS

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di due impedenziometri clinici per l'analisi della funzione acustica dell'orecchio, compatibili con OTOACCESS, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Timpanometria automatica e manuale con tono sonda variabile a 226hz, 678hz, 800hz e 1000hz, tono sonda variabile al fine del migliore utilizzo per lo screening neonatale, con range di pressione da +200 a -400daPa/s;
- Test dei riflessi acustici stapediale ipsilaterali e controlaterali con ricerca di soglia, con stimoli di frequenza 500hz-1000hz-2000hz-4000hz e BBN e intensità variabile da 50 Decibel a 120 Decibel SPL;
- test di decadimento del riflesso stapediale-Decay test con valutazione della latenza;
- Test della funzionalità tubarica a timpano aperto e a timpano chiuso;
- Schermo a colori con display LCD e stampante integrata;

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

Collaudo

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

Si prega di indicare

A.Campagna


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 12/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lucrezia Antonina