



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 GIU 2017

Prot. 5186/RE

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN GENERATORE ELETTROCHIRURGICO DOTATO D CARRELLO, PEDALE MONOPOLARE E BIPOLARE

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di un generatore elettrochirurgico dotato di carrello, pedale monopolare e bipolare, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

L'elettrobisturi deve essere dotato di sistema di controllo di ultima generazione, con sistema multiprocessore che assicuri un continuo controllo di tensione e corrente per garantire l'erogazione della sola potenza richiesta al tessuto.

Funzioni richieste:

Taglio puro con potenza massima 300 Watt e taglio miscelato  
Tre tipi di coagulo: Pin Point; Coag. Standard; Coag. Spray  
Tagli pulsanti per dissezioni controllate  
Coagulo Bipolare

Dotato di sistema di controllo acustico e visivo dell'avvenuta coagulazione bipolare con possibilità di prolungare l'attivazione a seconda delle specifiche necessità del chirurgo.

N° 2 uscite per accessori con comando a pulsante, una uscita universale con comando a pedale.  
Uscita bipolare attivabile sia a mano che a pedale.

Possibilità di attivazione contemporanea di due uscite monopolari nella funzione coagulo  
Controllo automatico del tipo di piastra collegata e visualizzazione del livello di contatto piastra/paziente su display luminoso a barre.

Pannello di controllo liscio e con tasti a membrana per garantire semplicità di pulizia e evitare possibili infiltrazioni.

In occasione si porgono cordiali saluti,

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

Collaudo

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

Si prega di indicare


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa  Antonina**