



Sede Legale  
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo  
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827  
U.O.C. Provveditorato  
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 GIU 2017

Prot. 5186/PC

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI N. 2 AUTORESPIRATORI DI EMERGENZA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di n. 2 autorespiratori di emergenza per l'accesso alle sale criogeniche delle Biobanche di Cellule staminale Ematopoietiche e Biobanca di Cellule Staminali Mesenchimali, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE

Autorespiratore di emergenza facilmente trasportabile dotato di bombola ad aria compressa a flusso costante capacità 2 litri 200 bar, specificatamente studiato per la fuga dai luoghi confinati in caso di emergenza.

Attivazione automatica,

riduttore di pressione dotato di manometro e segnale acustico di allarme a basso consumo che entra in azione quando nella bombola è rimasta una pressione residua di 150 bar.

Il respiratore deve essere dotato di cappuccio ignifugo e mascherina oronasale e visore trasparente.

Il dispositivo deve essere dotato di omologazione CE conseguita per conformità EN 1146 e direttiva IMO/MED.

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

Collaudo

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo [approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it](mailto:approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it). e all'indirizzo mail: [a.campagna@villasofia.it](mailto:a.campagna@villasofia.it).

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

**Il Responsabile del Settore**  
**Dott.ssa Lupo Antonina**