



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 GIU 2017

Prot. 51881 PR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UN DISPOSITIVO MEDICO AD ALTA PRESSIONE EFFICACE PER LA PULIZIA DELLO STRUMENTARIO ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEL VAPORE CALDO.

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di un Dispositivo Medico ad alta pressione efficace per la pulizia dello strumentario attraverso l'utilizzo del vapore caldo, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il dispositivo deve essere di facile manualità ed in grado di rimuovere eventuali residui anche nei punti critici di alcune strumentazioni punti difficilmente raggiungibili con spazzole e scovolini vari
Il Dispositivo deve essere dotato di una serie di accessori intercambiabili comprensivi di scovolini per la pulizia ed il lavaggio delle parti cave per poter eliminare qualsiasi residuo o incrostazione presente all'intorno e sullo strumentario.
Inoltre deve avere la possibilità, se richiesto, di attaccare direttamente gli strumenti al dispositivo, attraverso una connessione Luer-lock, per una miglior efficacia dell'azione.
Il Dispositivo deve avere una pressione di almeno 4,5 BAR e lavorare con una temperatura di almeno 130° C in uscita.
Deve disporre di una valvola di sfogo presente nel tappo di tenuta del serbatoio, una protezione da surriscaldamento.
Le parti elettriche devono essere completamente protette da eventuali spruzzi di acqua.
E' indispensabile che vi sia un sistema di raccolta per l'acqua che eventualmente trabocca durante la ricarica, deve prevedere degli indicatori di funzionamento, deve essere di dimensioni ridotte non superiori a LxPxH 300/320/425 mm.
Deve prevedere un serbatoio di almeno 4 lt.

Non deve superare i 7 Kg.

Trasporto, consegna e quant'altro necessario per rendere completamente funzionante e funzionale l'apparecchiatura

Collaudo

Periodo di garanzia di 24 mesi con decorrenza dalla data dell'avvenuto esito favorevole.

Si prega di indicare

1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.

Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina

