



Sede Legale
Viale Strasburgo n.233 - 90146 Palermo
Tel 0917801111 - P.I. 05841780827
U.O.C. Provveditorato
Tel. 091.7808231 Fax. 091.7808394

Palermo li 27 GIU 2017

Prot. 5191/RR

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO PER LA FORNITURA DI UNA TERMOSALDATRICE ROTATIVA

A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

Dovendo quest'Amministrazione procedere all'acquisto, di una termosaldatrice rotativa con srtampante, si chiede a tutte le ditte interessate quali operatori economici del settore di inviare la propria manifestazione d'interesse a partecipare a successiva procedura di gara che sarà espletata a mezzo RDO su Mepa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- attivazione del sistema di sigillatura automatica
- margine di sigillatura regolabile da 5 a 30 mm
- larghezza cordone di sigillatura 12 mm
- lunghezza massima sigillatura illimitata
- temperatura di sigillatura impostabile da 0 a 220° c
- velocità di trascinamento 10 m/min
- display LCD retroilluminato
- tastiera a membrana
- stampante integrata
- dati forniti: data di scadenza, data di sigillatura, numero lotto, nome identificativo operatore
- rivestimento esterno in acciaio inox
- dimensioni l x p x h (mm) 620x260x250
- alimentazione elettrica 230 v 50 hz
- potenza assorbita 500 w

Si prega di indicare

A.Campagna


1. Se si dispone di quanto in oggetto richiamato nelle condizioni sopra descritte;
2. Qualora ciascun Operatore Economico dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare, accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni;
3. Si invita, altresì, a produrre, ove ne sussistano i presupposti, dichiarazione opportunamente documentata che attesti eventuali esclusività afferenti il prodotto da acquistare per ogni altra determinazione che questa Stazione Appaltante assumerà nel merito.
4. Prezzo indicativo di mercato (non deve essere quello eventualmente da offrire in sede di gara)

Ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione della procedura da attivare.

Si prega di voler dare riscontro alla presente con urgenza e comunque entro e non oltre il 14/07/2017 a mezzo mail all'indirizzo approvvigionamenti@ospedaliriunitipalermo.it. e all'indirizzo mail: a.campagna@villasofia.it.

Si precisa che il mancato invio della segnalazione ad entrambi gli indirizzi di posta elettronica sopra segnati esonererà questa Stazione Appaltante in caso di eventuale mancato riscontro.

La presente solo al fine di espletare un indagine di mercato.


**Il Responsabile del Settore
Dott.ssa Lupo Antonina**